

ALLEGATO ^A
ALLA DETERMINA N° 551 DEL 9 MAG. 2015

08 04 15 11:54

Asl 3 Distr Isili Serv Ac

Il presente allegato è com-
posto di n° 2 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

0782804112

 ASL Cagliari

SI TRASMETTE PER COMPETENZA
AL SERV. TECNICO CAGLIARI

Y. P. C. 8/4/2015

Presidio Ospedaliero Isili
Unità Operativa Chirurgia

All' Ufficio Economato
SEDE

OGGETTO: acquisto termosaldatrice continua per buste e rotoli piane o con soffiutto
utilizzati per la sterilizzazione.

-Si richiede la fornitura urgente in Sala Operatoria di una termosaldatrice con
le seguenti caratteristiche:

costruita in acciaio, regolazione automatica della pressione di saldatura a seconda
dello spessore delle buste, larghezza saldatura 12mm.

Dotata di funzione stand-by, dispositivo di funzionamento automatico del trasporto
mediante fotocellula; controllo della temperatura da 80°/200° con termoregolatore
digitale.

Stampante integrata che durante la saldatura imprime automaticamente sulla busta la
data di confezionamento e la data di scadenza.

Completa di allarmi relativi alla temperatura di saldatura sia alta che bassa.

Costruzione secondo le normative vigenti.

Dimensioni: 500x300x220 mm ca.

Si precisa che lo strumento richiesto viene utilizzato dall' intero presidio e che per
quello in dotazione è stata avviata la pratica per il fuori uso che alleghiamo.

08 APR. 2015

Isili, 01/04/2015


F. Angelantoni
DIRETTORE SANITARIO
Dott. F. Angelantoni

Il responsabile dell' U.O.

R. Salfi
A.S.L. CAGLIARI
PRESIDIO OSPEDALIERO ISILI
RESPONSABILE SALA OPERATORIA
Dott. Raifaele Salfi

OdL nr.: 615031759
Data / Ora: 10/03/2015 10:39
Assegnato a: Scotto Davide
Tipo di Int.: CORRETTIVA
Richiedente: Reparto
Telefono: nn
Rich.Ente: nn
Data/Ora Richi Ente :10/03/2015 09:00:00
Problema: non salda

PAZIENZA CHIUSURA
Data / Ora: 10/03/2015 12:00
L'apparecchio funziona correttamente:
Tecnico: Scotto Davide
Firma:
Accettazione: REPARTO
Firma:
Personale non presente:



Inventario N.: 10010022892 **Tipologia: TERMOSALDATRICE**
Produttore: GANDUS SALDATRICI SRL **Modello: MEDICAL H 400**
Matricola: 2185 **Sede: SAN GIUSEPPE CALASANZIO - ISILI**
Reparto: BLOCCO OPERATORIO - PIANO 2 **Unita: GENERALE**

Estremi degli INTERVENTI

Tecnico	Descrizione	Data/H Inizid	Data/H Fine	Codici Intervento
Scotto Davide	Ricerca guasto, riscontrata rottura scheda regolazione tempi e temperature. Strumento non riparabile in quanto non più reperibili parti di ricambio. Pertanto se ne consiglia la dismissione. Si allega comunicazione casa madre.	10/03/15 11:00	10/03/15 12:00	8000 8010

Ricambi

Interventi Esterni

Note