

VERBALE 1° SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER LA FORNITURA DI <<DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI, SONDE PER ALIMENTAZIONE ED ASPIRAZIONE GASTRO-INTESTINALE>>.
--	---

L'anno duemilaquindici, alle ore 15,00 di oggi diciassette del mese di giugno, nella U.O. di Chirurgia P.O. SS. Trinità, alla presenza dei signori:

Dr. Raffaele Sulis Presidente della Commissione giudicatrice
Dr.ssa Giustina Sanna Componente della Commissione giudicatrice
Sig.ra Paola Arcadu Componente della Commissione giudicatrice

Dott.ssa M. Concetta Fodde Segretario

nominati, con deliberazione n° 1352 del 06.10.2014 del Direttore Generale, quali componenti la Commissione giudicatrice delle offerte tecniche relative al procedimento amministrativo per l'individuazione della ditta.

Con riferimento ai precedenti atti:

- Deliberazione n° 1812 del 11.10.2013 del Direttore Generale, con la quale veniva disposto, fra l'altro, di procedere all'aggiudicazione dei contratti relativi ai lotti e sub lotti dichiarati deserti per mancanza di offerte mediante una procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 2, lettera a), del D.Lgs 163/2006 s.m.i.
- Lettera d'invito Prot. n° PG/2014/0080560 del 04.07.2014 per la fornitura eventuale di <<Dispositivi di drenaggio e raccolta liquidi, sonde per alimentazione ed aspirazione gastro-intestinale>>, con dettaglio quali-quantitativo.

La Commissione giudicatrice de qua:

preso atto della selezione giuridica di n° 19 operatori economici concorrenti, assume formalmente il carico di tutta la documentazione contenuta nella Busta B, già riordinata in fascicoli, per lo svolgimento della propria attività di gara, relativa alle seguenti offerte:

1. COVIDIEN ITALIA S.p.A.
2. COOK ITALIA S.r.l.
3. CONVATEC ITALIA S.r.l.
4. ID & CO S.r.l.
5. ABBOTT S.r.l.
6. MEDICA VALEGGIA S.p.A.
7. B. BRAUN MILANO S.p.A.
8. CO.DISAN. S.p.A.
9. SANIFARM S.r.l.
10. HOLLISTER S.p.A.
11. CHEMIL S.r.l.
12. CARDIOMED S.r.l.
13. TECNOMEDICAL S.r.l.
14. VASCULAR S.r.l.
15. MEDICAL S.p.A.
16. MEMIS S.r.l.
17. MEDAX S.r.l.
18. TELEFLEX MEDICAL S.r.l.
19. GLM S.r.l.

Il presente allegato è composto da n° 83 fogli di n° _____ pagine.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1002 DEL 05 AGO. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *Dott.ssa Antonella Carreras* IL DIRETTORE SANITARIO *Dott. Pier Paolo Pani*

IL RESP. SERV. ACQUISTI
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu

preso atto, altresì, della presenza della campionatura obbligatoria, all'esito del controllo disposto dalla stessa Commissione in conformità alla norma contenuta nell'art. 2 del Capitolato Speciale, le cui risultanze sono descritte per singolo prodotto nello schema seguente:

M. P. Ortu
1/c

Lotto	Sub lotto	Ditta	Codice prodotto	DDT/spedizione/bolla	
A	A1	VASCULAR	MS/117V/14	55 del 01.09.2014	
		MEDAX	26016182	247 del 01.09.2014	
	A2	COVIDIEN ITALIA	8888502005, 8888505024	202 del 14.08.2014	
		ID & CO	1904.0270.75	12.891/1 del 08.08.2014	
		SANIFARM	M05564S	1178 del 04.08.2014	
		CARDIOMED	0166B511	Distinta campioni del 02.09.2014	
		MEDAX	33093182	247 del 01.09.2014	
		GLM	F010728	Distinta campioni del 02.09.2014	
		A3	ID & CO	1900.0270.10	12.891/1 del 08.08.2014
	SANIFARM		M05301S	1178 del 04.08.2014	
	MEDAX		33032183	247 del 01.09.2014	
	GLM		F010727	Distinta campioni del 02.09.2014	
	A4	COVIDIEN ITALIA	1180501635	202 del 14.08.2014	
		ID & CO	1802.3000.83	12.891/1 del 08.08.2014	
		SANIFARM	M05FD51247S	1178 del 04.08.2014	
		CARDIOMED	16503001A	Distinta campioni del 02.09.2014	
		VASCULAR	MS/207/300	55 del 01.09.2014	
		MEDAX	34083183	247 del 01.09.2014	
	A5	GLM	F01300710CN	Distinta campioni del 02.09.2014	
		MEDAX	CSSR40X160	247 del 01.09.2014	
	A6	GLM	ASP1096	Distinta campioni del 02.09.2014	
		MEDAX	CSSR20X80	247 del 01.09.2014	
	A7	GLM	ASP 1110	Distinta campioni del 02.09.2014	
		COVIDIEN ITALIA	8888-514406	202 del 14.08.2014	
		MEDICAL	22010, 22210	CAC 23 del 02.09.2014	
		TELEFLEX MEDICAL	473600-000040	TNT MY3941.4480 del 02.09.2014	
	B	B1	COOK ITALIA	DUAN-6.019.5-25.0-6S-PIG	17012.1359 del 29.07.2014
	C	C1	SANIFARM	GD4006	1178 del 04.08.2014
	D	D1	GLM	F030239	Distinta campioni del 02.09.2014
			COVIDIEN ITALIA	8888566067	202 del 14.08.2014
			SANIFARM	M032020S	1178 del 04.08.2014
			TECNOMEDICAL	SP031003	466 del 01.09.2014
			VASCULAR	MS/300/80	55 del 01.09.2014
			MEDICAL	10803	CAC 23 del 02.09.2014
			TELEFLEX MEDICAL	17038007	TNT MY3941.4480 del 02.09.2014
GLM			TOR0219	Distinta campioni del 02.09.2014	
B. BRAUN MILANO			4463005	98486586 del 27.08.2014	
E			E1	HOLLISTER	9701
G	G1	CO.DI.SAN	COD001140	15742 del 29.08.2014	
		HOLLISTER	9409-200	3543/14 del 28.07.2014	
		CARDIOMED	22300053	Distinta campioni del 02.09.2014	
		MEDICAL	36906.0	CAC 23 del 02.09.2014	
		TELEFLEX MEDICAL	850415-000000	TNT MY3941.4480 del 02.09.2014	
		GLM	001049037C30, 514SUP 06	Distinta campioni del 02.09.2014	
	G2	COVIDIEN ITALIA	900010	202 del 14.08.2014	
		SANIFARM	M020093S	1178 del 04.08.2014	
		HOLLISTER	9432-200	3543/14 del 28.07.2014	
		CARDIOMED	22300051	Distinta campioni del 02.09.2014	
		TELEFLEX MEDICAL	850418-000000	TNT MY3941.4480 del 02.09.2014	
		GLM	001011027C3A	Distinta campioni del 02.09.2014	
		G3	CO.DI.SAN	COD002140	15742 del 29.08.2014
	HOLLISTER		9431-200	3543/14 del 28.07.2014	
	CHEMIL		94503T	295/1 del 29.08.2014	
	CARDIOMED		2231B023	Distinta campioni del 02.09.2014	
	MEDICAL		37908 0	CAC 23 del 02.09.2014	
	TELEFLEX MEDICAL		850410-000000	TNT MY3941.4480 del 02.09.2014	
	G4	GLM	001019027C30, 514SUP06	Distinta campioni del 02.09.2014	
		CO.DI.SAN	SMU08200, non riportato su etichetta	15742 del 29.08.2014	
	H	H1	CARDIOMED	A0506	Distinta campioni del 02.09.2014
H	H1	CONVATEC ITALIA	418000, 411102	SDA 2864396000756 del 29.07.2014	
	H2	MEDICA VALEGGIA	SEC100, SEC200	61 del 27.08.2014	
H	H2	MEDICAL	SMS00E, SMS00BE	CAC 23 del 02.09.2014	

I	I1	COVIDIEN ITALIA	460406	202 del 14.08.2014
		ABBOTT	471-61, 473-61, 474-61, 475-61, 476-61	SDA G000003444058 del 27.08.2014
		TELEFLEX MEDICAL	2F100208	TNT MY3941.4480 del 02.09.2014
	I2	COVIDIEN ITALIA	8884721088	202 del 14.08.2014
		ABBOTT	471-61, 473-61	SDA G000003444058 del 27.08.2014
		TELEFLEX MEDICAL	M202-09	TNT MY3941.4480 del 02.09.2014
J	J1	COVIDIEN ITALIA	8884751648	202 del 14.08.2014
		COOK ITALIA	FLOW-20-PULL-I-S	17012.1359 del 29.07.2014
		TECNOMEDICAL	7751531	466 del 01.09.2014
	J2	MEMIS	6838	666 del 02.09.2014
		COOK ITALIA	FLOW-20-PUSH-I-S	17012.1359 del 29.07.2014
		MEMIS	6840	666 del 02.09.2014

che, successivamente, è stata disposta la calendarizzazione dei lavori per lo studio su scheda e, per l'impiego successivo dei campioni, con cadenza di una seduta almeno settimanale/bisettimanale, individuando il Servizio Acquisti quale sede esclusiva per la custodia dei documenti;

che, nel trascorso del tempo, la Commissione si è riunita per decidere collegialmente, come disposto di volta in volta dal presidente.

Tutto ciò premesso

La Commissione, dopo attento esame delle relative schede tecniche e di tutta la restante documentazione, non senza tener conto delle norme contenute nella lettera d'invito inerenti allo svolgimento imparziale delle operazioni di gara, delle regole di giudizio e dei criteri di valutazione stabiliti per qualità e caratteristiche nell'invito di gara, ha così deciso.

La Commissione appositamente nominata provvede pertanto a trasmettere al segretario, a seguito delle valutazioni innanzi esperite, le risultanze tecniche della gara, secondo quanto riportato nei prospetti qui allegati da pag. 1 a pag. 75, per farne parte integrante e sostanziale.

La Commissione giudicatrice provvede altresì a riporre tutta la documentazione tecnica nelle cartelle originali per la restituzione degli atti al Responsabile Unico del Procedimento.

Le offerte ammesse alle successive fasi di gara sono tutte quelle ritenute conformi dalla stessa Commissione giudicatrice ai sensi e per gli effetti del disposto di cui dell'art. 4 dell'invito di gara.

I punteggi complessivi così assegnati sono quindi riportati in calce.

Letto, confermato e sottoscritto.


La Commissione giudicatrice

Dr. Raffaele Sulis
Dr. ssa Giustina Sanna
Sig.ra Paola Arcadu

Presidente
Componente
Componente

Dr. M. Concetta Fodde

Segretaria




RISULTANZE COMPLESSIVE AGLI EFFETTI DELL'ACCESSO

LOTTO A DRENAGGI SOTTOVUOTO E A CADUTA

LOTTO A1 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	Vascular	Medax			
1	esclusa	20			
2		10			
3		4			
4		3			
5		1			
Totale		38			



LOTTO A2 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	Covidien Italia	ID & CO	Sanifarm	Cardiomed	Medax	GLM
1	15	15	esclusa	esclusa	16	esclusa
2	8	10			8	
3	5	4			3	
4	5	4			2	
5	5	5			1	
Totale	38	38			30	

LOTTO A3 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	ID & CO	Sanifarm	Medax	GLM		
1	esclusa	esclusa	esclusa	esclusa		
2						
3						
4						
5						
Totale						

LOTTO A4 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	Covidien Italia	ID & CO	Sanifarm	Cardiomed	Vascular	Medax
1	16	17	esclusa	esclusa	8	esclusa
2	8	10			5	
3	4	4			3	
4	2	4			1	
5	5	5			4	
Totale	35	40			21	


Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	GLM					
1	esclusa					
2						
3						
4						
5						
Totale						

LOTTO A5 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	Medax	GLM				
1	20	esclusa				
2	10					
3	4					
4	3					
5	1					
Totale	38					

LOTTO A6 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	Medax	GLM				
1	20	esclusa				



2	10					
3	4					
4	4					
5	1					
Totale	39					

LOTTO A7 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	Covidien Italia	Medical	Teleflex Medical			
1	18	esclusa	esclusa			
2	8					
3	4					
4	5					
5	5					
Totale	40					

LOTTO B CATETERI E KIT PER DRENAGGI ESTERNI (ASCESSI, BILIARI, CISTI)
LOTTO B1 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	Cook Italia	Sanifarm				
1	15	esclusa				
2	10					
3	5					
4	5					
5	5					
Totale	40					

LOTTO C DRENAGGI PLEURICI CON VALVOLA E KIT
LOTTO C1 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	GLM					
1	15					
2	10					
3	1					
4	4					
5	2					
Totale	32					

LOTTO D DRENAGGI PER PARA- E TORACENTESI E KIT
LOTTO D1 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	Covidien Italia	Sanifarm	Tecnomedical	Vascular	Medical	Teleflex Medical
1	esclusa	esclusa	esclusa	15	esclusa	15
2				8		8
3				3		4
4				3		3
5				4		5
Totale				33		35

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	GLM					
1	esclusa					
2						
3						

5						
Totale						

LOTTO E DRENAGGI PERTONEALI E KIT

LOTTO E1 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	B. Braun Milano					
1	20					
2	10					
3	3					
4	4					
5	5					
Totale	42					

LOTTO F SACCHE DI RACCOLTA PER DRENAGGI E FISTOLE

LOTTO F1 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	Hollister					
1	15					
2	8					
3	3					
4	4					
5	4					
Totale	34					

LOTTO G SISTEMI E SACCHE DI RACCOLTA URINA

LOTTO G1 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	CO.DISAN.	Hollister	Cardiomed	Medical	Teleflex Medical	GLM
1	15	esclusa	18	esclusa	esclusa	esclusa
2	8		8			
3	3		5			
4	3		4			
5	3		3			
Totale	32		38			


LOTTO G2 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	Covidien Italia	Sanifarm	Hollister	Cardiomed	Teleflex Medical	GLM
1	esclusa	12	esclusa	15	esclusa	8
2		8		8		6
3		3		5		1
4		1		3		3
5		4		3		2
Totale		28		34		20

LOTTO G3 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	CO.DISAN.	Hollister	Chemil	Cardiomed	Medical	Teleflex Medical
1	10	20	12	18	8	20
2	6	10	6	8	6	10
3	3	5	4	4	3	5
4	3	5	4	4	3	3

Handwritten signatures and initials:


 6/c

5	3	4	3	3	4	5
Totale	25	44	29	37	24	43
Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	GLM					
1	esclusa					
2						
3						
4						
5						
Totale						

LOTTO G4 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	CO.DI.SAN.	Cardiomed				
1	esclusa	esclusa				
2						
3						
4						
5						
Totale						

LOTTO H SACCHE E SISTEMI DI RACCOLTA LIQUIDI - ALTRI

LOTTO H1 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	Convatec Italia	Medica Valeggia				
1	20	8				
2	8	5				
3	5	4				
4	5	5				
5	5	1				
Totale	43	23				

LOTTO H2 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	Medical					
1	esclusa					
2						
3						
4						
5						
Totale						

LOTTO I SONDE NASO-GASTRO-INTESTINALI

LOTTO I1 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	Covidien Italia	Abbott	Teleflex Medical			
1	15	esclusa	15			
2	8		8			
3	5		5			
4	5		3			
5	5		5			
Totale	38		36			

M. P. ...
2
7/c

LOTTO I2 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	Covidien Italia	Abbott	Teleflex Medical			
1	18	esclusa	esclusa			
2	8					
3	3					
4	5					
5	5					
Totale	39					

LOTTO J SONDE E KIT PER GASTRO-DIGIUNOSTOMIA

LOTTO J1 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	Covidien Italia	Cook Italia	Tecnomedical	MEMIS		
1	15	esclusa	esclusa	esclusa		
2	8					
3	5					
4	5					
5	5					
Totale	38					

LOTTO J2 Punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice:

Parametri art. 7 lett. A - Capitolato	Cook Italia	MEMIS				
1	esclusa	esclusa				
2						
3						
4						
5						
Totale						

La Commissione giudicatrice

Dr. Raffaele Sulis
Dr. ssa Giustina Sanna
Sig.ra Paola Arcadu

Presidente
Componente
Componente

Dr. M. Concetta Fodde

Segretaria

Raffaele Sulis
Paola Arcadu
Dr. Paola Arcadu
M. Concetta Fodde

2/3/c

SUB-LOTTO A1

DESCRIZIONE FORNITURA

Set di drenaggio a circuito chiuso tipo ULMER, bassa aspirazione continua unidirezionale con valvola/e antireflusso costituito da: a) tubo di drenaggio in PVC, tipo ULMER con o senza ago guida, con tacche d'inserimento punta smussa arrotondata lungh. 50 cm ca., con fori a diametro graduale sulla lunghezza di 100 mm ca.; b) connettore universale per drenaggi di vario calibro da Ch 8 a Ch 18; c) contenitore aspirante capacità max 300ml; d) sacca di raccolta liquido di drenaggio capacità max 600ml; e) sistema ancoraggio al letto paziente o alla cintura paziente deambulante. Set sterile in conf. singola monouso, misure: Set completo con tubo di drenaggio Ch 10-12-14

DITTA

Vascular S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

MS/117/V

NOTE

Codice campione MS/117V/14 Mod. Drenomed - Chimed - Classe IIa RDM 446855/R N.B. Trattasi di DM no tipo Ulmer, il campione presenta connessione conica del tubo di raccolta che non da una garanzia di tenuta dell'aspirazione. Non idoneo.

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input type="text"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input type="text"/>	da 1 a 10
3. Per confezionamento singolo e facilità d'apertura, etichettatura	<input type="text"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input type="text"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input type="text"/>	da 1 a 5

[Handwritten signatures]

SUB-LOTTO A1

2
10/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Set di drenaggio a circuito chiuso tipo ULMER, bassa aspirazione continua unidirezionale con valvola/e antireflusso costituito da: a) tubo di drenaggio in PVC, tipo ULMER con o senza ago guida, con tacche d'inserimento punta smussa arrotondata lungh. 50 cm ca., con fori a diametro graduale sulla lunghezza di 100 mm ca.; b) connettore universale per drenaggi di vario calibro da Ch 8 a Ch 18; c) contenitore aspirante capacità max 300ml; d) sacca di raccolta liquido di drenaggio capacità max 600ml; e) sistema ancoraggio al letto paziente o alla cintura paziente deambulante. Set sterile in conf. singola monouso, misure: Set completo con tubo di drenaggio Ch 10-12-14

DITTA

Medax S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

2601418(X), 2601618(X), 2601818(X)

NOTE

Codice campione 26016182 Mod. UnoVac - ConvaTec Limited - Classe IIa RDM 167209/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Dispositivo funzionale e pratico nell'impiego, con trocar e drenaggio di Ulmer, disponibile nelle misure Ch 10-12-14-16-18

2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, latex free, validità prodotto 5 anni

3. Conf. unitaria in doppia busta non sigillata, di facile apertura, busta personalizzata in biaccoppiato carta/film trasparente, etichetta applicata, con indicazioni di misura e codice a barre.

4. Documentazione tecnica sufficiente, allega copia certificazione di conformità del fabbricante

5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	20	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	10	da 1 a 10
3. Per confezionamento singolo e facilità d'apertura, etichettatura	4	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	3	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	1	da 1 a 5

flame
Phili

SUB-LOTTO A2

2
11/c

DESCRIZIONE FORNITURA	Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale plastico Medical Grade, semirigida, angolata, non elettroconduttivo, sterile, in confezione singola, monouso; provvisto di impugnatura rigida tale da consentire un'agevole manovrabilità, punta apertura centrale e fori laterali misura: Ch. 22 punta grande o a bulbo
DITTA	Covidien Italia S.p.A.
PRODOTTO OFFERTO	8888502005, 8888505024
NOTE	Codice campione 8888502005, 8888505024 Mod. Argyle - Covidien Iic - Classe IIa RDM 174274/R-171226/R N.B. Codice 8888505024 Ch 18 presenta foro di controllo non richiesto. Non conforme
GIUDIZIO TECNICO	<p>1. Cannula (solo 8888502005) con impugnatura antiscivolo ben bilanciata ma poco ergonomica, semirigida, realizzata in unica estrusione, punta a bulbo, connessione conica universale</p> <p>2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, latex free, validità prodotto 5 anni, contiene ftalati</p> <p>3. Conf. unitaria in doppia busta sigillata sterile, busta personalizzata in biaccoppiato carta/film trasparente, serigrafata, con indicazioni di misura e codice a barre</p> <p>4. Documentazione tecnica esaustiva, allega dichiarazione CE</p> <p>5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita</p>

PUNTEGGI	1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	15	da 1 a 20
	2. Caratteristiche del materiale di produzione	8	da 1 a 10
	3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	5	da 1 a 5
	4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	5	da 1 a 5
	5. Servizio post-vendita	5	da 1 a 5

flave
Phil
02/01/2011

SUB-LOTTO A2

2/er
2

DESCRIZIONE FORNITURA

Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale plastico Medical Grade, semirigida, angolata, non elettroconduttivo, sterile, in confezione singola, monouso; provvisto di impugnatura rigida tale da consentire un'agevole manovrabilità, punta apertura centrale e fori laterali misura: Ch. 22 punta grande o a bulbo

DITTA

ID & CO S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

1904.0270.75

NOTE

Codice campione 1904.0270.75 Mod. Extru-Flex 1000 - Extrudan Sp. ZO.O. - Classe IIa RDM 2685/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Cannula di consistenza rigida, meno flessibile, con impugnatura ergonomica, connessione conica, punta aperta
2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, realizzata in SBS, latx free, priva di ftalati e PVC, validità prodotto 5 anni
3. Conf. unitaria in doppia busta non sigillata, busta personalizzata in biaccoppiato carta/film trasparente, completa con indicazioni di misura a stampa
4. Documentazione tecnica esaustiva, allega dichiarazione conformità CE
5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="15"/> | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="10"/> | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="4"/> | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="4"/> | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="5"/> | da 1 a 5 |

Phui
SSM.021
Have

13/2

SUB-LOTTO A2

DESCRIZIONE FORNITURA

Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale plastico Medical Grade, semirigida, angolata, non elettroconduttivo, sterile, in confezione singola, monouso; provvisto di impugnatura rigida tale da consentire un'agevole manovrabilità, punta apertura centrale e fori laterali misura: Ch. 22 punta grande o a bulbo

DITTA

Sanifarm S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

M05564S

NOTE

Codice campione M05564S Mod. Medflow Line - Macosta Meditea - Classe Is RDM 84320/R N.B. Dispositivo medico Ch 25. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso

da 1 a 20

2. Caratteristiche del materiale di produzione

da 1 a 10

3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura

da 1 a 5

4. Documentazione tecnica e lavori scientifici

da 1 a 5

5. Servizio post-vendita

da 1 a 5

SUB-LOTTO A2

2 ml/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale plastico Medical Grade, semirigida, angolata, non elettroconduttivo, sterile, in confezione singola, monouso; provvisto di impugnatura rigida tale da consentire un'agevole manovrabilità, punta apertura centrale e fori laterali misura: Ch. 22 punta grande o a bulbo

DITTA

Cardiomed S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

0166B511, 0166B521

NOTE

Codice campione 0166B511 Mod. Cannula aspirazione Yankauer - Benefis - Classe IIa RDM 711156/R, 711155/R N.B. Il campione presenta diametro superiore alla richiesta, in ogni caso non è rilevabile il calibro della cannula né in scheda né su etichetta. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input style="width: 50px; height: 30px;" type="text"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input style="width: 50px; height: 30px;" type="text"/>	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input style="width: 50px; height: 30px;" type="text"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input style="width: 50px; height: 30px;" type="text"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input style="width: 50px; height: 30px;" type="text"/>	da 1 a 5

*Stor...
Flavio*

SUB-LOTTO A2

15/c
7

DESCRIZIONE FORNITURA

Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale plastico Medical Grade, semirigida, angolata, non elettroconduttivo, sterile, in confezione singola, monouso; provvisto di impugnatura rigida tale da consentire un'agevole manovrabilità, punta apertura centrale e fori laterali misura: Ch. 22 punta grande o a bulbo

DITTA

Medax S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

3309318(X)

NOTE

Codice campione 33093182 Mod. OP-Flex Yankauer - ConvaTec Limited - Classe IIa RDM 156186/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Cannula sufficientemente flessibile in PVC, impugnatura ergonomica ben bilanciata, punta aperta
2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, realizzata in PVC, latx free, validità prodotto 5 anni, contiene ftalati
- Conf. unitaria in doppia busta non sigillata non ripiegata, di facile apertura, busta personalizzata in biaccoppiato carta/ film trasparente, completa con indicazioni di misura a stampa
4. Documentazione tecnica sufficiente, priva di immagini, allega copia certificazione di conformità del fabbricante
5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="16"/> | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="8"/> | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="3"/> | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="2"/> | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="1"/> | da 1 a 5 |

*Altri
ave*

SUB-LOTTO A2

16/c
~

DESCRIZIONE FORNITURA

Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale plastico Medical Grade, semirigida, angolata, non elettroconduttivo, sterile, in confezione singola, monouso; provvisto di impugnatura rigida tale da consentire un'agevole manovrabilità, punta apertura centrale e fori laterali misura: Ch. 22 punta grande o a bulbo

DITTA

GLM S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

F010728

NOTE

Codice campione F010728 Mod. Flyvac - Medifly - Classe IIa RDM in fase di registrazione. N.B. Dispositivo medico Ch 25. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso

da 1 a 20

2. Caratteristiche del materiale di produzione

da 1 a 10

3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura

da 1 a 5

4. Documentazione tecnica e lavori scientifici

da 1 a 5

5. Servizio post-vendita

da 1 a 5

flame
Shir H. D. A. 201

SUB-LOTTO A3

DESCRIZIONE FORNITURA

Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale plastico Medical Grade, semirigido, angolata, non elettroconduttivo, sterile, in confezione singola, monouso; provvisto di impugnatura rigida tale da consentire un'agevole manovrabilità, punta centrale aperta e fori laterali misura: Ch. 12 punta a bulbo

DITTA

ID & CO S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

1900.0270.10

NOTE

Codice campione 1900.0270.10 Mod. Extru-Flex 1000 - Extrudan Sp. ZO.O. - Classe IIa RDM 2685/R N.B. Dispositivo medico Ch 30. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso

da 1 a 20

2. Caratteristiche del materiale di produzione

da 1 a 10

3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura

da 1 a 5

4. Documentazione tecnica e lavori scientifici

da 1 a 5

5. Servizio post-vendita

da 1 a 5

flame
Blusi P. P. Anesh

ATC
2

18/c
2

SUB-LOTTO A3

DESCRIZIONE FORNITURA

Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale plastico Medical Grade, semirigido, angolata, non elettroconduttivo, sterile, in confezione singola, monouso; provvisto di impugnatura rigida tale da consentire un'agevole manovrabilità, punta centrale aperta e fori laterali misura: Ch. 12 punta a bulbo

DITTA

Sanifarm S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

M05301S

NOTE

Codice campione M05301S Mod. Medflow Line - Macosta Meditea - Classe I RDM 84320/R N.B. Dispositivo medico con punta aperta, non a bulbo, presenta foro di controllo non richiesto. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

- | | | |
|---|----------------------|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | <input type="text"/> | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | <input type="text"/> | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | <input type="text"/> | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | <input type="text"/> | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | <input type="text"/> | da 1 a 5 |

[Handwritten signature]
R. S. D. ...

SUB-LOTTO A3

19/c
2

DESCRIZIONE FORNITURA	Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale plastico Medical Grade, semirigido, angolata, non elettroconduttivo, sterile, in confezione singola, monouso; provvisto di impugnatura rigida tale da consentire un'agevole manovrabilità, punta centrale aperta e fori laterali misura: Ch. 12 punta a bulbo					
DITTA	Medax S.r.l.					
PRODOTTO OFFERTO	3303218(X)					
NOTE	Codice campione 33032183 Mod. OP-Flex Tapared Yankauer - ConvaTec Limited - Classe IIa RDM 156186/R N.B. Il campione presenta conformazione della punta aperta, non a bulbo. Non conforme					
GIUDIZIO TECNICO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;">1.</td></tr> <tr><td style="height: 20px;">2.</td></tr> <tr><td style="height: 20px;">3.</td></tr> <tr><td style="height: 20px;">4.</td></tr> <tr><td style="height: 20px;">5.</td></tr> </table>	1.	2.	3.	4.	5.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

PUNTEGGI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso 2. Caratteristiche del materiale di produzione 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici 5. Servizio post-vendita 	<input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<p>da 1 a 20</p> <p>da 1 a 10</p> <p>da 1 a 5</p> <p>da 1 a 5</p> <p>da 1 a 5</p>
----------	--	--	---

Phisi flame

2/c

SUB-LOTTO A3

DESCRIZIONE FORNITURA

Cannule di aspirazione tipo Yankauer, in materiale plastico Medical Grade, semirigido, angolata, non elettroconduttivo, sterile, in confezione singola, monouso; provvisto di impugnatura rigida tale da consentire un'agevole manovrabilità, punta centrale aperta e fori laterali misura: Ch. 12 punta a bulbo

DITTA

GLM S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

F010727

NOTE

Codice campione F010727 Mod. Flyvac - Medifly - Classe IIa RDM in fase di registrazione N.B. Il campione presenta conformazione della punta aperta, non a bulbo. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input type="text"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input type="text"/>	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input type="text"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input type="text"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input type="text"/>	da 1 a 5

Handwritten signature and notes:
 Name

2

SUB-LOTTO A4

21/c

2

DESCRIZIONE FORNITURA

Tubo di connessione per Yankauer lungh. 3 mt diam. mm 7 in materiale plastico Medical Grade morbido, flessibile, non elettroconduttivo, sterile monouso, con cannula Yankauer (set) punta standard, senza foro di controllo, misura: Ch. 18 diam. 6 mm

DITTA

Covidien Italia S.p.A.

PRODOTTO OFFERTO

1180501635

NOTE

Codice campione 1180501635 Mod. Argyle - Covidien IIc - Classe IIa RDM 174391/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Cannula con impugnatura antiscivolo ben bilanciata ma poco ergonomica, punta aperta levigata e atraumatica, realizzata in unica estrusione, tubo di connessione flessibile antiscivolo, corrugato morbido, che non tiene memoria di forma, tipo a bolle, diam. est. 7mm.
2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, latex free, validità prodotto 5 anni, contiene ftalati
3. Conf. unitaria in doppia busta quella interna non sigillata, buon invito all'apertura, busta personalizzata in biaccoppiato carta/film trasparente, etichetta completa serigrafata nella doppia busta interna
4. Documentazione tecnica poco esaustiva, allega dichiarazione CE
5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="16"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="8"/>	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="4"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="2"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="5"/>	da 1 a 5

Flavio
Flavio G. F. Areal

SUB-LOTTO A4

2/2/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Tubo di connessione per Yankauer lungh. 3 mt diam. mm 7 in materiale plastico Medical Grade morbido, flessibile, non elettroconduttivo, sterile monouso, con cannula Yankauer (set) punta standard, senza foro di controllo, misura: Ch. 18 diam. 6 mm

DITTA

ID & CO S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

1802.3000.83

NOTE

Codice campione 1802.3000.83 Mod. Extru-Flex 1000 - Extrudan Sp. Z.O.O. - Classe IIa RDM 2721/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Cannula di consistenza rigida, meno flessibile, con impugnatura ergonomica, tubo di connessione flessibile antiscivolo e morbido che non tiene memoria di forma, diam. 5.8/8.3mm, connettore conico universale
2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, cannula in SBS priva di ftalati e PVC, tubo in PVC contiene ftalati, latx free, validità prodotto 5 anni
3. Conf. unitaria in doppia busta non sigillata, busta personalizzata in biaccoppiato carta/film trasparente, etichetta completa con indicazioni di misura a stampa
4. Documentazione tecnica esaustiva, allega dichiarazione conformità CE
5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="17"/> | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="10"/> | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="4"/> | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="4"/> | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="5"/> | da 1 a 5 |

Flame
Flame D.F. Aurea

SUB-LOTTO A4

DESCRIZIONE FORNITURA Tubo di connessione per Yankauer lungh. 3 mt diam. mm 7 in materiale plastico Medical Grade morbido, flessibile, non elettroconduttivo, sterile monouso, con cannula Yankauer (set) punta standard, senza foro di controllo, misura: Ch. 18 diam. 6 mm

DITTA Sanifarm S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO M05FD51247S

NOTE Codice campione M05FD51247S Mod. Medflow Line - Macosta Meditea - Classe I RDM 84320/R N.B. Set con cannula Ch 20. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input type="text"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input type="text"/>	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input type="text"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input type="text"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input type="text"/>	da 1 a 5

Clare
Auti D.P. Ancon

SUB-LOTTO A4

DESCRIZIONE FORNITURA

Tubo di connessione per Yankauer lungh. 3 mt diam. mm 7 in materiale plastico Medical Grade morbido, flessibile, non elettroconduttivo, sterile monouso, con cannula Yankauer (set) punta standard, senza foro di controllo, misura: Ch. 18 diam. 6 mm

DITTA

Cardiomed S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

16503001A

NOTE

Codice campione 16503001A Mod. Set per aspirazione Yankauer - Benefis - Classe IIa RDM 711153/R N.B. Il campione presenta diametro superiore alla richiesta, in ogni caso non è rilevabile il calibro della cannula nè in scheda nè su etichetta. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input type="text"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input type="text"/>	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input type="text"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input type="text"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input type="text"/>	da 1 a 5

SUB-LOTTO A4

25/c

2

DESCRIZIONE FORNITURA Tubo di connessione per Yankauer lungh. 3 mt diam. mm 7 in materiale plastico Medical Grade morbido, flessibile, non elettroconduttivo, sterile monouso, con cannula Yankauer (set) punta standard, senza foro di controllo, misura: Ch. 18 diam. 6 mm

DITTA **Vascular S.r.l.**

PRODOTTO OFFERTO MS/207/300

NOTE Codice campione MS/207/300 Mod. Set Cannula bombata per aspirazione chirurgica - Chimed - Classe IIa RDM 38292/R.

GIUDIZIO TECNICO

1. Set realizzato con tubo liscio ma senza memoria di forma, diam. 6.0 x 8.5mm, connessione conica, misura della cannula uguale a Area mm² 13, corrispondente a diam. int. 4mm est. 6,2mm, indicazione della misura non convenzionale su etichetta

2. Caratteristiche appena sufficienti per la destinazione d'uso, cannula e tubo in PVC medicale, contiene ftalati, latx free, validità prodotto 5 anni

Conf. unitaria in doppia busta non sigillata non ripiegata, di facile apertura, busta in biaccoppiato carta/film trasparente, etichetta completa con indicazioni di misura a stampa

4. Documentazione tecnica non sufficiente

5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI	1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="8"/>	da 1 a 20
	2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="5"/>	da 1 a 10
	3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="3"/>	da 1 a 5
	4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="1"/>	da 1 a 5
	5. Servizio post-vendita	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="4"/>	da 1 a 5

flame

DD - 1 - 100 000 1

26/c
2

SUB-LOTTO A4

DESCRIZIONE FORNITURA

Tubo di connessione per Yankauer lungh. 3 mt diam. mm 7 in materiale plastico Medical Grade morbido, flessibile, non elettroconduttivo, sterile monouso, con cannula Yankauer (set) punta standard, senza foro di controllo, misura: Ch. 18 diam. 6 mm

DITTA

Medax S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

3408318(X)

NOTE

Codice campione 34083183 Mod. OP-Flex Sump Yankauer - ConvaTec Limited - Classe IIa RDM 156186/R
N.B. Set con cannula Ch 20, con conformazione della punta a bulbo non richiesta. Non conforme.

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input type="text"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input type="text"/>	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input type="text"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input type="text"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input type="text"/>	da 1 a 5

Handwritten signature and initials

SUB-LOTTO A4

27/c
2

DESCRIZIONE FORNITURA

Tubo di connessione per Yankauer lungh. 3 mt diam. mm 7 in materiale plastico Medical Grade morbido, flessibile, non elettroconduttivo, sterile monouso, con cannula Yankauer (set) punta standard, senza foro di controllo, misura: Ch. 18 diam. 6 mm

DITTA

GLM S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

F01300710CN

NOTE

Codice campione F01300710CN Mod. Flyvac - Medifly - Classe IIa RDM 45333/R N.B. Offerto solo tubo di connessione e non set con cannula. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

PUNTEGGI

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | <input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/> | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | <input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/> | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | <input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/> | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | <input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/> | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | <input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/> | da 1 a 5 |

Handwritten signature: R. P. Areal

SUB-LOTTO A5

28/c
2

DESCRIZIONE FORNITURA

Cannule di aspirazione in acciaio medico AISI 304, complete di manico in ABS con foro da 1.5 mm per il controllo dell'aspirazione. Sterilizzate a raggi gamma, con punte arrotondate e atraumatiche; diametro interno della cannula uniforme per tutta la lunghezza, angolazione di 150° della cannula per essere più agevole la visione del campo di aspirazione. Sterili, monouso, in confezione singola, misura: Ch 6, Ch 9 e Ch 12, lung. 160 mm ca.

DITTA

Medax S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

CSSR20X160, CSSR30X160, CSSR40X160

NOTE

Codice campione CSSR40X160 Mod. Sim Micro Cannula Slow Reaction - Med Europe - Classe IIa RDM 29933/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Dispositivo funzionale e pratico nell'impiego, disponibile nelle misure Ch 2-3-4-6-9-12
2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, latex free, validità prodotto 5 anni come indicato in etichetta
3. Conf. unitaria di facile apertura, busta personalizzata in biaccoppiato carta/film trasparente, con etichetta completa con indicazioni di misura a stampa
4. Documentazione tecnica sufficiente, allega certificazione CE
5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	20	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	10	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	4	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	3	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	1	da 1 a 5

Flavio
D. P. P. P.

SUB-LOTTO A5

29/c
✓

DESCRIZIONE FORNITURA

Cannule di aspirazione in acciaio medico AISI 304, complete di manico in ABS con foro da 1.5 mm per il controllo dell'aspirazione. Sterilizzate a raggi gamma, con punte arrotondate e atraumatiche; diametro interno della cannula uniforme per tutta la lunghezza, angolazione di 150° della cannula per essere più agevole la visione del campo di aspirazione. Sterili, monouso, in confezione singola, misura: Ch 6, Ch 9 e Ch 12, lungh. 160 mm ca.

DITTA

GLM S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

ASP1095, ASP1096, ASP1097

NOTE

Codice campione ASP1096 Mod. Aspiflex -Meika Group - Classe Is RDM 1204391, 1204395, 1204396 N.B. Lunghezza operativa inferiore a quella richiesta, la lunghezza del manico rende l'utilizzo estremamente poco maneggevole. Non idoneo

GIUDIZIO TECNICO

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

PUNTEGGI

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> | da 1 a 5 |

Flavio
Alfieri S.p.A. s.r.l.

SUB-LOTTO A6

30/c
2

DESCRIZIONE FORNITURA

Cannule di aspirazione in acciaio medico AISI 304, complete di manipo in ABS con foro da 1.5 mm per il controllo dell'aspirazione. Sterilizzate a raggi gamma, con punte arrotondate e atraumatiche; diametro interno della cannula uniforme per tutta la lunghezza, angolazione di 150° della cannula per essere più agevole la visione del campo di aspirazione. Sterili, monouso, in confezione singola, misura: Ch 6, Ch 9 e Ch 12, lung. 80 mm ca.

DITTA

Medax S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

CSSR20X80, CSSR30X80, CSSR40X80

NOTE

Codice campione CSSR20X80 Mod. Sim Micro Cannula Slow Reaction - Med Europe - Classe IIa RDM 29933/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Dispositivo funzionale e pratico nell'impiego, disponibile nelle misure Ch 2-3-4-6-9-12 in lung. diverse, l'angolazione della cannula è desumibile dal campione
2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, latex free, validità prodotto 5 anni come indicato in etichetta
3. Conf. unitaria di facile apertura, busta personalizzata in biaccoppiato carta/film trasparente, con etichetta completa con indicazioni di misura a stampa
4. Documentazione tecnica esaustiva, allega certificazione CE
5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="20"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="10"/>	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="4"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="4"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="1"/>	da 1 a 5

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature]
 DD [Signature]

SUB-LOTTO A6

31/c
2

DESCRIZIONE FORNITURA

Cannule di aspirazione in acciaio medico AISI 304, complete di manico in ABS con foro da 1.5 mm per il controllo dell'aspirazione. Sterilizzate a raggi gamma, con punte arrotondate e atraumatiche; diametro interno della cannula uniforme per tutta la lunghezza, angolazione di 150° della cannula per essere più agevole la visione del campo di aspirazione. Sterili, monouso, in confezione singola, misura: Ch 6, Ch 9 e Ch 12, lung. 80 mm ca.

DITTA

GLM S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

ASP 1110, ASP 1111, ASP 1112

NOTE

Codice campione ASP 1110 Mod. Aspiflex -Meika Group - Classe Is RDM 1204424, 1204429, 1112 N.B. Non è indicata la misura della cannula in etichetta, il campione presenta la superficie dell'acciaio con delle irregolarità, la lunghezza del manico rende l'utilizzo estremamente poco maneggevole. Non idoneo

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

- | | | |
|---|----------------------|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | <input type="text"/> | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | <input type="text"/> | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | <input type="text"/> | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | <input type="text"/> | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | <input type="text"/> | da 1 a 5 |

Handwritten signatures and initials:
Cane
P. L. S. S. S.

SUB-LOTTO A7

2
32/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Drenaggio chirurgico in lattice naturale, a sezione lamellare tipo Penrose, sterile, radiopaco, lunghezze da 30 e da 50 cm, larghezza varie misure comprese tra mm 6 e mm 30

DITTA

Covidien Italia S.p.A.

PRODOTTO OFFERTO

8888513002, 8888513200, 8888513408, 8888513606, 8888513804, 8888514000, 8888514208, 8888514406, 8888514604, 8888514802, 8888515007, 8888515205, 8888515403, 8888515601, 8888515809

NOTE

Codice campione 8888-514406 Mod. Penrose - Covidien Iic - Classe IIa RDM 174284/R-83-55-77-53-85-81-86-54-75-38-39-82-61, 174175/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Dispositivo di buona consistenza a sezione lamellare Penrose, completamente radiopaco, con lungh. di 30 e 45 cm e da 6mm a 25mm di larghezza
2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, lattice atossico e biocompatibile, validità prodotto 5 anni,
3. Conf. unitaria in busta personalizzata in biaccoppiato carta/film trasparente, etichetta serigrafata, con indicazioni di misura
4. Documentazione tecnica esaustiva, allega dichiarazione CE
5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	18	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	8	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	4	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	5	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	5	da 1 a 5

[Handwritten signature and initials]

SUB-LOTTO A7

DESCRIZIONE FORNITURA

Drenaggio chirurgico in lattice naturale, a sezione lamellare tipo Penrose, sterile, radiopaco, lunghezze da 30 e da 50 cm, larghezza varie misure comprese tra mm 6 e mm 30

DITTA

Medical S.p.A.

PRODOTTO OFFERTO

22006, 22010, 22040, 22206, 22210, 22240

NOTE

Codice campione 22010, 22210 Mod. Penrose - Redax - Classe IIa RDM 1127718/R. N.B. Dispositivo realizzato in silicone. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input type="text"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input type="text"/>	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input type="text"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input type="text"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input type="text"/>	da 1 a 5

Flavio
M. S. P. A.

SUB-LOTTO A7

2-34/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Drenaggio chirurgico in lattice naturale, a sezione lamellare tipo Penrose, sterile, radiopaco, lunghezze da 30 e da 50 cm, larghezza varie misure comprese tra mm 6 e mm 30

DITTA

Teleflex Medical S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

473600-000010, 473600-000020, 473600-000030, 473600-000040, 473600-000050, 473600-000060, 473600-000070, 473600-000080

NOTE

Codice campione 473600-000040 Mod. Penrose - Willy Rüschi GmbH - Classe IIa RDM 156327/R N.B. Dispositivo realizzato in lattice siliconato. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

PUNTEGGI

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> | da 1 a 5 |

Flavio
DD e. S. R. A. n.

35/c

SUB-LOTTO B1

DESCRIZIONE FORNITURA

Catetere per drenaggio biliare percutaneo in poliuretano, punta retta, foratura multipla, cannula e mandrino in acciaio. Misure 6-7 Fr lung 25/30 cm.

DITTA

Cook Italia S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

DUAN-6.019.5-25.0-6S-PIG, DUAN-7.019.5-25.0-8S-PIG

NOTE

Codice campione DUAN-6.019.5-25.0-6S-PIG Mod. Set drenaggio e catetere a pigtail - Cook Inc. - Classe IIb RDM 646968/R, 646969/R

GIUDIZIO TECNICO

- 1. Set con catetere biliare percutaneo e ago di svariate applicazioni, mis. 6 e 7 Fr. lung. 25 cm, foratura multipla, compatibile con guida 0.038", si accetta anche con punta pig-tail
- 2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, acciaio inox e poliuretano, radipacità, validità prodotto 3 anni
- 3. Conf. unitaria in doppia busta sigillata, personalizzata, in biaccoppiato carta/film trasparente, etichetta serigrafata completa, codice abarre
- 4. Documentazione tecnica esaustiva
- 5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	15	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	10	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	5	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	5	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	5	da 1 a 5

Flavio
Philipp

SUB-LOTTO B1

36/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Catetere per drenaggio biliare percutaneo in poliuretano, punta retta, foratura multipla, cannula e mandrino in acciaio. Misure 6-7 Fr lungh 25/30 cm.

DITTA

Sanifarm S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

GD4005, GD4006, GD4008

NOTE

Codice campione GD4006 Mod. Drenaggio di Pedinielli - Coloplast - Classe IIa RDM 207354/R. N.B. Non è un dispositivo percutaneo. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	da 1 a 5

flaw
Heli: 970

SUB-LOTTO C1

234/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Sistemi di drenaggio toracico con aspirazione costituito da contenitore in plastica, graduato, tappo di connessione e tubo in PVC sterile, monouso: capacità 250ml

DITTA

GLM S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

F030239

NOTE

Codice campione F030239 Mod. Thorafly - Medifly - Classe IIa RDM 118142/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Contenitore a bottiglia utile per drenaggi in pazienti pediatrici e neonatali, si accetta con capacità di 150ml
2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, realizzato in PVC esente DOP, latex free, validità prodotto 5 anni come indicato in etichetta
3. Conf. unitaria in doppia busta non sigillata, busta in carta comune di sterilizzazione con etichetta applicata di piccole dimensioni
4. Documentazione tecnica esaustiva, allega certificazione CE
5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="15"/> | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="10"/> | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="1"/> | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="4"/> | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="2"/> | da 1 a 5 |

flaw
Stefano D.P. Q

SUB-LOTTO D1

38/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Kit completo per toracentesi costituito da: sacca di raccolta liquidi in PVC volume 2000 ml graduata, con tubo di connessione e valvola antireflusso; siringa monouso da 50/60 ml con raccordo di sicurezza luer lock; deflussore munito di rubinetto a tre vie con raccordi di sicurezza luer lock o valvole unidirezionali tali da evitare il reflusso dei liquidi nella cavità pleurica; ago tipo Verres in acciaio a triplice affilatura, punta atraumatica, disponibile in calibri vari, lungh. 80 mm.

DITTA

Covidien Italia S.p.A.

PRODOTTO OFFERTO

8888566067

NOTE

Codice campione 8888566067 Mod. Turkel Argyle - Covidien IIc - Classe IIa RDM 179393/R N. B. Kit offerto con un solo calibro di ago (codice già aggiudicato in sede di gara d'appalto). Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

PUNTEGGI

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> | da 1 a 5 |

flave
152 - M.D.O.

SUB-LOTTO D1

33/c
~

DESCRIZIONE FORNITURA

Kit completo per toracentesi costituito da: sacca di raccolta liquidi in PVC volume 2000 ml graduata, con tubo di connessione e valvola antireflusso; siringa monouso da 50/60 ml con raccordo di sicurezza luer lock; deflussore munito di rubinetto a tre vie con raccordi di sicurezza luer lock o valvole unidirezionali tali da evitare il reflusso dei liquidi nella cavità pleurica; ago tipo Verres in acciaio a triplice affilatura, punta atraumatica, disponibile in calibri vari, lungh. 80 mm.

DITTA

Sanifarm S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

M032020S

NOTE

Codice campione M032020S Mod. Thoraset 1-VER - Macosta Meditea - Classe IIa RDM 84263/R N. B. Kit offerto con un solo calibro di ago, lungh. 100mm (già aggiudicato in sede di gara d'appalto). Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	da 1 a 5

Flavio
Flavio R.P. Quil

SUB-LOTTO D1

2 40/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Kit completo per toracentesi costituito da: sacca di raccolta liquidi in PVC volume 2000 ml graduata, con tubo di connessione e valvola antireflusso; siringa monouso da 50/60 ml con raccordo di sicurezza luer lock; deflussore munito di rubinetto a tre vie con raccordi di sicurezza luer lock o valvole unidirezionali tali da evitare il reflusso dei liquidi nella cavità pleurica; ago tipo Verres in acciaio a triplice affilatura, punta atraumatica, disponibile in calibri vari, lungh. 80 mm.

DITTA

Tecnomedical S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

SP031003

NOTE

Codice campione SP031003 Mod. AriDren - Aries - Classe IIa RDM 952366/R N.B. Kit con sacca senza valvola antireflusso. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

PUNTEGGI

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> | da 1 a 5 |

Clave
Philip P.A.A.N

SUB-LOTTO D1

2
41/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Kit completo per toracentesi costituito da: sacca di raccolta liquidi in PVC volume 2000 ml graduata, con tubo di connessione e valvola antireflusso; siringa monouso da 50/60 ml con raccordo di sicurezza luer lock; deflussore munito di rubinetto a tre vie con raccordi di sicurezza luer lock o valvole unidirezionali tali da evitare il reflusso dei liquidi nella cavità pleurica; ago tipo Verres in acciaio a triplice affilatura, punta atraumatica, disponibile in calibri vari, lungh. 80 mm.

DITTA

Vascular S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

MS/300/80

NOTE

Codice campione MS/300/80 Mod. Set per Tora/Paracentesi - Chimed - Classe IIa RDM 22093/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Set completo con tre aghi per punzone 14G-16G-18G, lungh. 80mm, sacca 2000ml graduata con valvola di non ritorno, scarico tipo push, tubo lungh. 40 cm trasparente, si accetta con gli aghi per punzone
2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, realizzato in PVC, latex free, validità prodotto 5 anni, contiene ftalati
3. Conf. unitaria in doppia busta ripiegata, busta in biaccoppiato carta/film trasparente, invito all'apertura minimo, etichetta completa con indicazioni a stampa
4. Documentazione tecnica sufficiente
5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

- | | | |
|---|----|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | 15 | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | 8 | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | 3 | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | 3 | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | 4 | da 1 a 5 |

Flavio
Flavio D.P. Q. A.

42/c

SUB-LOTTO D1

DESCRIZIONE FORNITURA

Kit completo per toracentesi costituito da: sacca di raccolta liquidi in PVC volume 2000 ml graduata, con tubo di connessione e valvola antireflusso; siringa monouso da 50/60 ml con raccordo di sicurezza luer lock; deflussore munito di rubinetto a tre vie con raccordi di sicurezza luer lock o valvole unidirezionali tali da evitare il reflusso dei liquidi nella cavità pleurica; ago tipo Verres in acciaio a triplice affilatura, punta atraumatica, disponibile in calibri vari, lungh. 80 mm.

DITTA

Medical S.p.A.

PRODOTTO OFFERTO

10802, 10803

NOTE

Codice campione 10803 Mod. Unico - Redax - Classe IIa RDM 1127774/R N. B. Kit offerto con un solo calibro di ago con lungh. superiore alla richiesta (già aggiudicato in sede di gara d'appalto)

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input type="text"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input type="text"/>	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input type="text"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input type="text"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input type="text"/>	da 1 a 5




SUB-LOTTO D1

2
43/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Kit completo per toracentesi costituito da: sacca di raccolta liquidi in PVC volume 2000 ml graduata, con tubo di connessione e valvola antireflusso; siringa monouso da 50/60 ml con raccordo di sicurezza luer lock; deflussore munito di rubinetto a tre vie con raccordi di sicurezza luer lock o valvole unidirezionali tali da evitare il reflusso dei liquidi nella cavità pleurica; ago tipo Verres in acciaio a triplice affilatura, punta atraumatica, disponibile in calibri vari, lungh. 80 mm.

DITTA

Teleflex Medical S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

17038007

NOTE

Codice campione 17038007 Mod. Set per Toracentesi e Paracentesi - TIK doo Proizvodnja Medicinskih - Classe IIa RDM 154515/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Set completo con tre aghi per punzone 14G-16G-19G, lungh. 80mm, sacca 2000ml con indicazione spazio dati paziente, valvola di non ritorno, si accetta con gli aghi per punzone
2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, realizzato in PVC, latex free, validità prodotto 5 anni, contiene ftalati
3. Conf. unitaria in doppia busta ripiegata, di biaccoppiato carta film trasparente, personalizzata, con etichetta applicata completa, istruzioni interne, codice a barre
4. Documentazione tecnica sufficiente
5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="15"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="8"/>	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="4"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="3"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="5"/>	da 1 a 5

flame
A.D. ...

SUB-LOTTO D1

2
Ad/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Kit completo per toracentesi costituito da: sacca di raccolta liquidi in PVC volume 2000 ml graduata, con tubo di connessione e valvola antireflusso; siringa monouso da 50/60 ml con raccordo di sicurezza luer lock; deflussore munito di rubinetto a tre vie con raccordi di sicurezza luer lock o valvole unidirezionali tali da evitare il reflusso dei liquidi nella cavità pleurica; ago tipo Verres in acciaio a triplice affilatura, punta atraumatica, disponibile in calibri vari, lungh. 80 mm.

DITTA

GLM S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

TOR 0219

NOTE

Codice campione TOR0219 Mod. Kit toracentesi automatico -Meika Group - Classe IIa RDM 1204311N. B. Kit offerto con un solo calibro di ago, lungh. 100mm (già aggiudicato in sede di gara d'appalto)

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input type="text"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input type="text"/>	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input type="text"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input type="text"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input type="text"/>	da 1 a 5

flame
chi
Dr. P. Aro

SUB-LOTTO E1

2
A5/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Set per lavaggio peritoneale, sterile. Costituito da ago cannula, catetere, bisturi monouso.

DITTA

B. Braun Milano S.p.A.

PRODOTTO OFFERTO

4463005

NOTE

Codice campione 4463005 Mod. Peritofix - B. Braun Melsungen AG - Classe IIa RDM 58698/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Dispositivo funzionale e pratico nell'impiego, trocar 10 Ch, sistema di bloccaggio cannula, catetere 9 Ch x 50 cm, punta chiusa fori laterali, con tacche di profondità, raccordo catetere e bisturi
2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, materiali utilizzati acciaio di grado medicale, PP, Poliuretano, PE, PVC, latex free, validità prodotto 5 anni
3. Conf. unitaria protetta non in doppia busta, personalizzata con etichetta completa, istruzioni interne
4. Documentazione tecnica esaustiva, allega certificazione CE
5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso

20

da 1 a 20

2. Caratteristiche del materiale di produzione

10

da 1 a 10

3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura

3

da 1 a 5

4. Documentazione tecnica e lavori scientifici

4

da 1 a 5

5. Servizio post-vendita

5

da 1 a 5

Done
R. L. S. P. A.

SUB-LOTTO F1

2
26/c

DESCRIZIONE FORNITURA	Sacche sterili per drenaggio addominale post-operatorio in materiale trasparente con scala graduata a forma a imbuto, valvola antireflusso, con prolunga in materiale analergico idoneo per più giorni di permanenza in sito, adattatore luer lock ai vari diametri dei tubi di drenaggio: vol. 400 ml, sistema di ancoraggio al paziente		
DITTA	Hollister S.p.A.		
PRODOTTO OFFERTO	9701		
NOTE	Codice campione 9701 Mod. Hollister sacca sterile 970x - Hollister Inc. - Classe I RDM 149356/R		
GIUDIZIO TECNICO	<p>1. Sacca sterile 380ml con barriera per drenaggi/ferite, si accetta pur in assenza di alcune specifiche ritenute non indispensabili</p> <p>2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, EVA altri componenti, esente DEHP, validità prodotto 5 anni</p> <p>3. Conf. unitaria in carta/film trasparente, etichetta applicata di piccolissime dimensioni, altre indicazioni interne</p> <p>4. Documentazione tecnica esaustiva, allega certificazione CE</p> <p>5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita</p>		
PUNTEGGI	<p>1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso</p> <p>2. Caratteristiche del materiale di produzione</p> <p>3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura</p> <p>4. Documentazione tecnica e lavori scientifici</p> <p>5. Servizio post-vendita</p>	<p><input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="15"/></p> <p><input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="8"/></p> <p><input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="3"/></p> <p><input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="4"/></p> <p><input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="4"/></p>	<p>da 1 a 20</p> <p>da 1 a 10</p> <p>da 1 a 5</p> <p>da 1 a 5</p> <p>da 1 a 5</p>

[Handwritten signature]

2
AP/C

SUB-LOTTO G1

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina graduate a 100 ml, in PVC neutro, lato graduato trasparente per visionare il contenuto, di spessore tale da garantire perfetta tenuta, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso, capacità lt 2. Non sterili conf. multiple

DITTA

CO.DI.SAN S.p.A.

PRODOTTO OFFERTO

COD001140

NOTE

Codice campione COD001140 Mod. Easy-Way - Changzhou Shuangma Medical Devices Co./Codisan - Classe I RDM 345877/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Sacche 2000ml due facce trasparenti, valvola di non ritorno, doppia saldatura, graduazione 100 ml indicativa, anelli per supporti sospesi, tubo da 130 cm senza memoria di forma. Le sacche sono raccolte in gruppi sfusi (50 pz non legati).
2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, realizzata in PVC, con presenza di ftalati secondo raccomandazioni, latex free, validità prodotto 5 anni
3. Conf. plurima in scatola di cartone da 200 pz. con fascia resistente e busta interna, personalizzato, con etichetta applicata completa, capacità, descrizione, codice prodotto, codice a barre, simbolo latex free
4. Documentazione tecnica carente di alcune informazioni, corredata della certificazione CE
5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	15	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	8	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	3	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	3	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	3	da 1 a 5

flavio
Flavio S.p.A.

SUB-LOTTO G1

2
28/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina graduate a 100 ml, in PVC neutro, lato graduato trasparente per visionare il contenuto, di spessore tale da garantire perfetta tenuta, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso, capacità lt 2. Non sterili conf. multiple

DITTA

Hollister S.p.A.

PRODOTTO OFFERTO

9409-200

NOTE

Codice campione 9409-200 Mod. Sacca da letto standard - Hollister Inc. - Classe I RDM 464196/R. N.B. Sacca priva della valvola di non ritorno. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso

da 1 a 20

2. Caratteristiche del materiale di produzione

da 1 a 10

3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura

da 1 a 5

4. Documentazione tecnica e lavori scientifici

da 1 a 5

5. Servizio post-vendita

da 1 a 5

Flare
Hollister S.p.A.

2
49/c

SUB-LOTTO G1

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina graduate a 100 ml, in PVC neutro, lato graduato trasparente per visionare il contenuto, di spessore tale da garantire perfetta tenuta, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso, capacità lt 2. Non sterili conf. multiple

DITTA

Cardiomed S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

22300053

NOTE

Codice campione 22300053 Mod. Sacca raccolta urine - Benefis - Classe I RDM 61134/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Sacche 2000ml due facce trasparenti, doppia saldatura termica, scala graduata da 0 a 100ml con intervallo di 25ml indicativa, predisposizione a supporti std rinforzati, lungh. tubo 130 cm. senza memoria di forma, tracciabilità. Le sacche sono raccolte in gruppi sfusi (25 pz. legati).
2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, realizzata in PVC, contiene ftalati, latex free, validità prodotto 5 anni
3. Conf. plurima in scatola di cartone da 150 pz. e busta interna, personalizzato, etichetta applicata completa, capacità, descrizione, q.tà, codice prodotto, non rilevata la presenza di supporti aggiuntivi, simbolo latex,, simbolo ftalati presenti
4. Documentazione tecnica sufficiente, allega certificazione CE
5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	18	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	8	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	5	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	4	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	3	da 1 a 5

Have
Shirley D. P.

2
50/c

SUB-LOTTO G1

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina graduate a 100 ml, in PVC neutro, lato graduato trasparente per visionare il contenuto, di spessore tale da garantire perfetta tenuta, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso, capacità lt 2. Non sterili conf. multiple

DITTA

Medical S.p.A.

PRODOTTO OFFERTO

36906

NOTE

Codice campione 36906.0 Mod. Pharmaplast - Convatec Inc. - Classe I RDM 176639/R. N.B. Bordi della sacca non a doppia sigillatura, tubo di 90 cm insufficiente. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso

da 1 a 20

2. Caratteristiche del materiale di produzione

da 1 a 10

3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura

da 1 a 5

4. Documentazione tecnica e lavori scientifici

da 1 a 5

5. Servizio post-vendita

da 1 a 5

Handwritten signatures and initials:
Flavio
G. Di N. D. O.

2
51/c

SUB-LOTTO G1

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina graduate a 100 ml, in PVC neutro, lato graduato trasparente per visionare il contenuto, di spessore tale da garantire perfetta tenuta, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso, capacità lt 2. Non sterili conf. multiple

DITTA

Teleflex Medical S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

850415-000000

NOTE

Codice campione 850415-000000 Mod. Sacche raccogli urina da letto - Changshu Senlin Medical Appliance Co. - Classe I RDM 91702/R N.B. Sacca priva della valvola di non ritorno. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

- | | | |
|---|----------------------|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | <input type="text"/> | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | <input type="text"/> | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | <input type="text"/> | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | <input type="text"/> | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | <input type="text"/> | da 1 a 5 |

Ilare
Philipp D.A.

2
52/c

SUB-LOTTO G1

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina graduate a 100 ml, in PVC neutro, lato graduato trasparente per visionare il contenuto, di spessore tale da garantire perfetta tenuta, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso, capacità lt 2. Non sterili conf. multiple

DITTA

GLM S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

001049037C30, 514SUP 6

NOTE

Codice campione 001049037C30, 514SUP 06 Mod. SecurDrain Sacca raccolta urine da letto - Securmed - Classe I RDM 82505/R. N.B. Sacca dotata di rubinetto di scarico non richiesto. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso

da 1 a 20

2. Caratteristiche del materiale di produzione

da 1 a 10

3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura

da 1 a 5

4. Documentazione tecnica e lavori scientifici

da 1 a 5

5. Servizio post-vendita

da 1 a 5

Flame
Philip M. P. Ansel

SUB-LOTTO G2

2
53/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina graduate a 100 ml, in PVC neutro, trasparente sul lato graduato, di spessore tale da garantire la perfetta tenuta, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, serratubo, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso capacità lt 2. Sterili conf. singola.

DITTA

Covidien Italia S.p.A.

PRODOTTO OFFERTO

900010

NOTE

Codice campione 900010 Mod. Dover - Changshu Senlin Medical Appliance Co. - Classe Is RDM no N.B. Sacca provvista di scarico non richiesto. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso

da 1 a 20

2. Caratteristiche del materiale di produzione

da 1 a 10

3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura

da 1 a 5

4. Documentazione tecnica e lavori scientifici

da 1 a 5

5. Servizio post-vendita

da 1 a 5

Flame
Rubini S.p.A.

2
54/c

SUB-LOTTO G2

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina graduate a 100 ml, in PVC neutro, trasparente sul lato graduato, di spessore tale da garantire la perfetta tenuta, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, serratubo, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso capacità lt 2. Sterili conf. singola.

DITTA

Sanifarm S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

M020093S

NOTE

Codice campione M020093S Mod. Sicura Uroflow - Macosta Meditea - Classe I RDM 84582/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Sacca 2000ml due facce trasparenti, graduazione indicativa, predisposizione a supporti std, tubo 130 cm, PVC di composizione presenta pieghe da confezionamento, senza serratubo ritenuto non indispensabile

2. Caratteristiche sufficienti per la destinazione d'uso, realizzata in PVC, latex free, validità prodotto 5 anni

3. Conf. unitaria in biaccoppiato carta film trasparente, invito all'apertura minimo, con etichetta a stampa

4. Scheda tecnica in inglese e senza immagini. Allega certificazione CE

5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso

12

da 1 a 20

2. Caratteristiche del materiale di produzione

8

da 1 a 10

3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura

3

da 1 a 5

4. Documentazione tecnica e lavori scientifici

1

da 1 a 5

5. Servizio post-vendita

4

da 1 a 5

Flavio
Chili D. P.Q.

255/c

SUB-LOTTO G2

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina graduate a 100 ml, in PVC neutro, trasparente sul lato graduato, di spessore tale da garantire la perfetta tenuta, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, serratubo, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso capacità lt 2. Sterili conf. singola.

DITTA

Hollister S.p.A.

PRODOTTO OFFERTO

9432-200

NOTE

Codice campione 9432-200 Mod. Sacca da letto con sistema antireflusso e rubinetto di scarico - Hollister Inc. - Classe I RDM 463511/R N.B. Dispositivo provvisto di scarico non richiesto. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso

da 1 a 20

2. Caratteristiche del materiale di produzione

da 1 a 10

3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura

da 1 a 5

4. Documentazione tecnica e lavori scientifici

da 1 a 5

5. Servizio post-vendita

da 1 a 5

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SUB-LOTTO G2

2
56/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina graduate a 100 ml, in PVC neutro, trasparente sul lato graduato, di spessore tale da garantire la perfetta tenuta, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, serratubo, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso capacità lt 2. Sterili conf. singola.

DITTA

Cardiomed S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

22300051

NOTE

Codice campione 22300051 Mod. Sacca raccolta urine - Benefis - Classe I RDM 61391/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Sacche 2000ml due facce trasparenti, doppia saldatura termica, scala graduata a 100ml indicativa, predisposizione a supporti std, lungh. tubo 130 cm. senza memoria di forma, tracciabilità, senza serratubo. Prova pratica perfetta
2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, realizzata in PVC, contiene ftalati, latex free, validità prodotto 5 anni
3. Conf. unitaria in biaccoppiato carta film trasparente, personalizzata, invito all'apertura minimo, etichetta serigrafata completa, non rilevata la presenza di supporti aggiuntivi, simbolo latex, simbolo ftalati presenti
4. Documentazione tecnica esaustiva, allega certificazione CE
5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="15"/> | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="8"/> | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="5"/> | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="3"/> | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="3"/> | da 1 a 5 |

Flavio
Flavio
D.P.O.

SUB-LOTTO G2

2
57/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina graduate a 100 ml, in PVC neutro, trasparente sul lato graduato, di spessore tale da garantire la perfetta tenuta, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, serratubo, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso capacità lt 2. Sterili conf. singola.

DITTA

Teleflex Medical S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

850418-000000

NOTE

Codice campione 850418-000000 Mod. Sacche raccogli urina da letto - Changshu Senlin Medical Appliance Co. - Classe Is RDM 91680/R N.B. Dispositivo provvisto di scarico non richiesto. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

- | | | |
|---|----------------------|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | <input type="text"/> | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | <input type="text"/> | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | <input type="text"/> | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | <input type="text"/> | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | <input type="text"/> | da 1 a 5 |

Flavio
Ph. 1
Dr. P.

SUB-LOTTO G2

58/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina graduate a 100 ml, in PVC neutro, trasparente sul lato graduato, di spessore tale da garantire la perfetta tenuta, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, serratubo, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso capacità lt 2. Sterili conf. singola.

DITTA

GLM S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

001011027C3A

NOTE

Codice campione 001011027C3A Mod. SecurDrain Sacca raccolta urine da letto - Securmed - Classe I RDM 82505/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Sacche 2000ml due facce trasparenti, doppia saldatura, scala graduata da 50ml a 100ml intervalli di 100ml, supporto in maniglia, lungh. tubo 130 cm., tracciabilità, sacca corredata di clamp. Alla prova, la valvola antireflusso non funziona perfettamente, defluisce leggermente
2. Caratteristiche sufficienti per la destinazione d'uso, realizzata in PVC atossico, latex free, validità prodotto non indicata neanche su etichetta di piccole dimensioni
3. Conf. unitaria in busta di carta comune, invito all'apertura, con etichetta applicata completa
4. Documentazione tecnica sufficiente, allega certificazione CE
5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | <input style="width: 40px; height: 25px;" type="text" value="8"/> | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | <input style="width: 40px; height: 25px;" type="text" value="6"/> | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | <input style="width: 40px; height: 25px;" type="text" value="1"/> | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | <input style="width: 40px; height: 25px;" type="text" value="3"/> | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | <input style="width: 40px; height: 25px;" type="text" value="2"/> | da 1 a 5 |

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

SUB-LOTTO G3

2
59/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina graduate a 100 ml, in PVC neutro, trasparente sul lato graduato, di spessore tale da garantire la perfetta tenuta, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, rubinetto di scarico manovrabile con metodica igienica e agevole, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso, capacità lt 2. Non sterili conf. multiple.

DITTA

CO.DI.SAN S.p.A.

PRODOTTO OFFERTO

COD002140

NOTE

Codice campione COD002140 Mod. Easy-Drain - Changzhou Shuangma Medical Devices Co./Codisan - Classe I RDM 345877/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Sacche 2000ml due facce trasparenti, valvola di non ritorno, doppia saldatura, graduazione 100 ml indicativa, anelli per supporti sospesi, tubo da 130 cm senza memoria di forma. Le sacche sono raccolte in gruppi sfusi (25 pz. legati). Campione con scarico ma non è un rubinetto
2. Caratteristiche sufficienti per la destinazione d'uso, realizzata in PVC, presenza di ftalati secondo raccomandazioni, latex free, validità prodotto 5 anni
3. Conf. plurima in scatola di cartone da 200 pz. con fascia resistente e busta interna, personalizzato, con etichetta applicata completa, capacità, descrizione, codice prodotto, codice a barre, simbolo latex free
4. Documentazione tecnica carente di alcune informazioni, corredata della certificazione CE
5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="10"/> | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="6"/> | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="3"/> | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="3"/> | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="3"/> | da 1 a 5 |

Cher, have
D.P.O.

SUB-LOTTO G3

60/c
~

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina graduate a 100 ml, in PVC neutro, trasparente sul lato graduato, di spessore tale da garantire la perfetta tenuta, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, rubinetto di scarico manovrabile con metodica igienica e agevole, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso, capacità lt 2. Non sterili conf. multiple.

DITTA

Hollister S.p.A.

PRODOTTO OFFERTO

9431-200

NOTE


Codice campione 9431-200 Mod. Sacca da letto con sistema antireflusso e rubinetto di scarico - Hollister Inc. - Classe I RDM 464196/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Sacche 2000ml due facce trasparenti, doppia saldatura termica, film antiadesione, scala graduata da 50ml indicativa, supporti in maniglia contenuti nella conf., lungh. tubo 130 cm, tracciabilità, valvola antireflusso e scarico T-Tap (a croce), le sacche sono raccolte in sacchetti da 50 pz.
2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, realizzata in PVC, latex free, validità prodotto 5 anni
3. Conf. plurima in cartone da 200 pz. e 4 buste interne, personalizzato, con etichetta serigrafata completa, capacità, descrizione, codice prodotto, codice a barre, simbolo latex free
4. Documentazione tecnica esaustiva, corredata della certificazione CE
5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="20"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="10"/>	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="5"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="5"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="4"/>	da 1 a 5

Handwritten signature and initials:

 M.P.O.

SUB-LOTTO G3

2
6/10

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina graduate a 100 ml, in PVC neutro, trasparente sul lato graduato, di spessore tale da garantire la perfetta tenuta, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, rubinetto di scarico manovrabile con metodica igienica e agevole, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso, capacità lt 2. Non sterili conf. multiple.

DITTA

Chemil S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

94503T

NOTE

Codice campione 94503T Mod. Sacca urina - Chemil - Classe I RDM 497614/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Sacche 2000ml una faccia trasparente sul lato graduato, graduazione da 100 ml seriale a tutto campo, valvola di non ritorno, doppia saldatura, anelli per supporti sospesi, tubo da 130 cm senza memoria di forma, le sacche sono raccolte in sacchetti da 30 pz., scarico a T.
2. Caratteristiche sufficienti per la destinazione d'uso, realizzata in PVC, contiene ftalati, latex free, validità prodotto 5 anni
3. Conf. plurima in cartone da 240 pz. e 8 buste interne, con etichetta applicata completa, capacità, descrizione, codice prodotto, codice a barre, simbolo latex, simbolo ftalati presenti
4. Documentazione tecnica esaustiva, corredata della certificazione CE
5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

- | | | |
|---|----|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | 12 | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | 6 | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | 4 | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | 4 | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | 3 | da 1 a 5 |

[Handwritten signature]
S.P.O.

2/29

SUB-LOTTO G3

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina graduate a 100 ml, in PVC neutro, trasparente sul lato graduato, di spessore tale da garantire la perfetta tenuta, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, rubinetto di scarico manovrabile con metodica igienica e agevole, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso, capacità lt 2. Non sterili conf. multiple.

DITTA

Cardiomed S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

2231B023

NOTE

Codice campione 2231B023 Mod. sacca raccolta urine con scarico - Benefis - Classe I RDM 61170/R

GIUDIZIO TECNICO

- 1. Sacche 2000ml due facce trasparenti, doppia saldatura termica, scala graduata da 0 a 100ml con intervallo di 25ml indicativa, predisposizione a supporti std rinforzati, lungh. tubo 130 cm., tracciabilità. Le sacche sono raccolte in gruppi sfusi (25 pz. legati), scarico a T.
- 2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, realizzata in PVC, contiene ftalati, latex free, validità prodotto 5 anni
- 3. Conf. plurima in cartone da 200 pz. e busta interna, personalizzato, etichetta applicata completa, capacità, descrizione, q.tà, codice prodotto, non rilevata la presenza di supporti aggiuntivi, simbolo latex, simbolo ftalati presenti
- 4. Documentazione tecnica sufficiente, allega certificazione CE
- 5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso

18

da 1 a 20

2. Caratteristiche del materiale di produzione

8

da 1 a 10

3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura

4

da 1 a 5

4. Documentazione tecnica e lavori scientifici

4

da 1 a 5

5. Servizio post-vendita

3

da 1 a 5

SUB-LOTTO G3

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina graduate a 100 ml, in PVC neutro, trasparente sul lato graduato, di spessore tale da garantire la perfetta tenuta, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, rubinetto di scarico manovrabile con metodica igienica e agevole, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso, capacità lt 2. Non sterili conf. multiple.

DITTA

Medical S.p.A.

PRODOTTO OFFERTO

379080-20

NOTE

Codice campione 37908 0-20 Mod. Pharmaplast - Convatec Inc. - Classe I RDM 774793/R

GIUDIZIO TECNICO

- 1. Sacche 2000ml due facce trasparenti, doppia saldatura ravvicinata, scala graduata da 0 a 100ml seriale a tutto campo, predisposizione a supporti std rinforzati, lungh. tubo 120 cm., sacche raccolte in gruppi sfusi (25 pz. non legati), scarico centrale non a T, indaginoso, busta di consistenza leggera
- 2. Caratteristiche sufficienti per la destinazione d'uso, realizzata in PVC, latex free, validità prodotto non indicata
- 3. Conf. plurima in cartone da 150 pz. e busta interna, etichetta applicata completa, capacità, descrizione, q.tà, codice prodotto, non rilevata la presenza di supporti aggiuntivi, codice a barre
- 4. Documentazione tecnica sufficiente, allega certificazione CE
- 5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input type="text" value="8"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input type="text" value="6"/>	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input type="text" value="3"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input type="text" value="3"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input type="text" value="4"/>	da 1 a 5

SUB-LOTTO G3

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina graduate a 100 ml, in PVC neutro, trasparente sul lato graduato, di spessore tale da garantire la perfetta tenuta, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, rubinetto di scarico manovrabile con metodica igienica e agevole, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso, capacità lt 2. Non sterili conf. multiple.

DITTA

Teleflex Medical S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

850410-000000

NOTE

Codice campione 850410-000000 Mod. Sacche raccogli urina da letto - Changshu Senlin Medical Appliance Co. - Classe I RDM 91702/R

GIUDIZIO TECNICO

- 1. Sacche 2000ml una faccia trasparente, doppia saldatura, film antiadesione, scala graduata da 25ml con intervalli di 100, supporti per letto contenuti nella conf., lungh. tubo 130 cm, tracciabilità, valvola antireflusso e scarico T-Tap (a croce), le sacche sono raccolte in sacchetti da 25 pz.
- 2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, realizzata in PVC, latex free, validità prodotto 5 anni
- 3. Conf. plurima in cartone da 150 pz., etichetta applicata completa, capacità, descrizione, q.tà, codice prodotto, codice a barre
- 4. Documentazione tecnica sufficiente, allega certificazione CE
- 5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	20	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	10	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	5	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	3	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	5	da 1 a 5

Handwritten signatures and initials, including what appears to be 'Flora' and 'M. D. O.'.

SUB-LOTTO G3

15/1
69

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina graduate a 100 ml, in PVC neutro, trasparente sul lato graduato, di spessore tale da garantire la perfetta tenuta, bordi con doppia saldatura, fornite di attacco adatto ad essere appeso stabilmente al letto del paziente, rubinetto di scarico manovrabile con metodica igienica e agevole, tubo lungo 120 cm ca. senza memoria ma sufficientemente flessibile e manovrabile, raccordo cono catetere universale, capsula di copertura per la connessione asettica, valvola antireflusso, capacità lt 2. Non sterili conf. multiple.

DITTA

GLM S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

001019027C30, 514SUP06

NOTE

Codice campione 001019027C30, 514SUP06 Mod. Sacca raccolta urine da letto - Securmed - Classe I RDM 82505/R N.B. Sacca offerta senza rubinetto di scarico. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso

da 1 a 20

2. Caratteristiche del materiale di produzione

da 1 a 10

3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura

da 1 a 5

4. Documentazione tecnica e lavori scientifici

da 1 a 5

5. Servizio post-vendita

da 1 a 5

Handwritten signature and initials

SUB-LOTTO G4

2
66/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina pediatriche, da ml 200 ca. in materiale plastico con adesivo ipoallergico. Non sterili.

DITTA

CO.DI.SAN S.p.A.

PRODOTTO OFFERTO

SMU08200

NOTE

Codice campione SMU08200 non riportato su etichetta Mod. Sacca urina pediatrica - Changzhou Shuangma Medical Devices Co. - Classe I RDM 987883/R N.B. Dispositivo sterile (già aggiudicato in sede di gara d'appalto). Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/>	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/>	da 1 a 5

*Flavio
F. P. O.*

SUB-LOTTO G4

2
62/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Sacche per urina pediatriche, da ml 200 ca. in materiale plastico con adesivo ipoallergico. Non sterili.

DITTA

Cardiomed S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

A0506

NOTE

Codice campione A0506 Mod. Raccogliore per urine pediatrico - Benefis - Classe I RDM 524316/R Dispositivo sterile (già aggiudicato in sede di gara d'appalto) . Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | <input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/> | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | <input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/> | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | <input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/> | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | <input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/> | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | <input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/> | da 1 a 5 |

[Handwritten signatures and initials]

SUB-LOTTO H1

DESCRIZIONE FORNITURA

Dispositivo per la gestione delle feci liquide o semiliquide dei pazienti incontinenti immobilizzati o allettati, dotato di indicatore di riempimento e costituito da una cannula in silicone con palloncino di ancoraggio, una siringa con aggancio luer-lock e sacca/sacche di raccolta graduata da 1 litro, a fondo chiuso e con valvola anti reflusso; Sacche di raccolta di ricambio dedicate

DITTA

ConvaTec Italia S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

418000, 411102

NOTE

Codice campione 418000, 411102 Mod. Flexi-Seal Signal FMS - Convatec Ltd - Classe II Classe I (solo sacca di ricambio) RDM 290994/R, 881089/R

GIUDIZIO TECNICO

- 1. Dispositivo monopaziente non sterile e non sterilizzabile, corredato di n. 3 sacche all'interno della conf. unitaria, rimane in situ fino a 29 gg., con accesso campionamento e accesso irrigazione infusione farmaci, siringa da 45cc, sacca da 1 lt, presenta tasca per l'inserimento del dispositivo atraumatico, in unica estrusione cannula palloncino meno traumatico
- 2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, latex free, DEHP free, validità prodotto non indicata
- 3. Conf. unitaria in busta protetta, personalizzata e corredata di immagine, tracciabilità lotto, codice a barre, sacche di ricambio in scatola di cartoncino personalizzata
- 4. Documentazione tecnica esaustiva, allega certificazione CE
- 5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	20	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	8	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	5	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	5	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	5	da 1 a 5

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

SUB-LOTTO H1

63/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Dispositivo per la gestione delle feci liquide o semiliquide dei pazienti incontinenti immobilizzati o allettati, dotato di indicatore di riempimento e costituito da una cannula in silicone con palloncino di ancoraggio, una siringa con aggancio luer-lock e sacca/sacche di raccolta graduata da 1 litro, a fondo chiuso e con valvola anti reflusso; Sacche di raccolta di ricambio dedicate

DITTA

Medica Valeggia S.p.A.

PRODOTTO OFFERTO

53SEC100P, 53SEC200N (cod. prod. SEC 100 + SEC 200)

NOTE

Codice campione (53)SEC100(P), (53)SEC200(N) Mod. Secco + - Prosys International Ltd - Classe IIa RDM 897535/R, 518951/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Dispositivo momopaziente non sterile e non sterilizzabile, corredato di n. 3 sacche all'interno della conf. unitaria, sacca di 1500 ml, sistema per la gestione temporanea non precisa il tempo di permanenza in situ per evitare lesioni da decubito, con accesso campionamento e accesso irrigazione infusione farmaci, siringa da 45cc, non è dotato di indicatore del volume massimo di riempimento del palloncino, ma indica la capacità
2. Sonda in silicone rivestito, opaca, che impedisce la visione delle feci, qualità e colore, presenta irregolarità nel bordo della cannula e non presenta tasca per l'inserimento facilitato, che potrebbero traumatizzare l'ano, la sacca contiene materiale super assorbente, latex free, DEHP free, validità prodotto 3 anni
3. Conf. unitaria protetta, personalizzata e corredata di immagine, tracciabilità lotto e data di scadenza, codice a barre, sacche di ricambio in busta in biaccoppiato con etichetta adesiva
4. Documentazione tecnica esaustiva, allega certificazione CE
5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso; funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="8"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="5"/>	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="4"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="5"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="1"/>	da 1 a 5

Handwritten signature and initials:
 [Signature] 4/12/12

2
202

SUB-LOTTO H2

DESCRIZIONE FORNITURA

Kit per incontinenza fecale completo di catetere in silicone, a spessore differenziato con marker radiopaco, dotato di sistema di fissaggio e accesso per eventuale lavaggio in caso di ostruzione; sacca/sacche di raccolta graduata con indicatore di riempimento e filtro antiodore, fondo chiuso, connessione di sicurezza al catetere, capacità da 2000/2500ml; sacca da irrigazione, monodose di gel lubrificante; Sacche di raccolta di ricambio da 2000/2500ml dedicate

DITTA

Medical S.p.A.

PRODOTTO OFFERTO

SMS00E, SMS00BE

NOTE

Codice campione SMS00E, SMS00BE Mod. Dignicare Kit - C.R. Bard Inc. - Classe IIa RDM 47845 N.B. Kit con sacca da 1000 ml, la sacca non presenta filtro antiodore, ma un eliminatore di odori biologico liquido incluso nella conf., tappo di chiusura della sacca indaginoso. Non idoneo

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso

da 1 a 20

2. Caratteristiche del materiale di produzione

da 1 a 10

3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura

da 1 a 5

4. Documentazione tecnica e lavori scientifici

da 1 a 5

5. Servizio post-vendita

da 1 a 5

flavio
Flavio

SUB-LOTTO I1

2/1/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Sonde per alimentazione enterale in PVC medicale, phtalate e latex free; 2 fori laterali, indicatori di profondità per un corretto posizionamento; mis. da Ch. 6 a Ch. 12 lungh. 100 cm ca. punta chiusa atraumatica

DITTA

Covidien Italia S.p.A.

PRODOTTO OFFERTO

461008, 460406, 460208

NOTE

Codice campione 460406 Mod. Kangaroo - Kendall a division of Tyco Healthcare Group - Classe IIa RDM 215411/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Sonda 5-8-10 Ch, lungh. 90 e 107 cm, 2 fori contrapposti, linea RX per tutta la lunghezza, punta chiusa atraumatica, indicatori a 5 cm dalla punta da 5 a 24 cm, il campione presenta schiacciamento del tubo da confezionamento, il 12 Ch può essere sostituito da altro dispositivo medico

2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, realizzato in PVC trasparente latex free, DEHP free, validità prodotto 2 anni

3. Conf. unitaria in busta personalizzata, biaccoppiato carta/film trasparente, etichetta completa con indicazioni di misura, simboli DEHP e latex esenti, codice a barre

4. Documentazione tecnica esaustiva, allega certificazione CE

5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="15"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="8"/>	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="5"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="5"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="5"/>	da 1 a 5

[Handwritten signatures]

2
48/c

SUB-LOTTO I1

DESCRIZIONE FORNITURA

Sonde per alimentazione enterale in PVC medicale, phtalate e latex free; 2 fori laterali, indicatori di profondità per un corretto posizionamento; mis. da Ch. 6 a Ch. 12 lungh. 100 cm ca. punta chiusa atraumatica

DITTA

Abbott S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

Lista 0471, 0473, 0474, 0475, 0476

NOTE

Codice campione 471-61, 473-61, 474-61, 475-61, 476-61 Mod. Flexiflo - Abbott laboratories USA - Classe IIa RDM 72254/R-72914/R-73053/R-73076/R-72994/R N.B. Sonda realizzata in poliuretano, presenta bolo terminale nei calibri 8-10 Ch. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

- | | | |
|---|----------------------|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | <input type="text"/> | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | <input type="text"/> | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | <input type="text"/> | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | <input type="text"/> | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | <input type="text"/> | da 1 a 5 |

Handwritten signature and initials

SUB-LOTTO I1

23/c
23

DESCRIZIONE FORNITURA

Sonde per alimentazione enterale in PVC medicale, phtalate e latex free; 2 fori laterali, indicatori di profondità per un corretto posizionamento; mis. da Ch. 6 a Ch. 12 lungh. 100 cm ca. punta chiusa atraumatica

DITTA

Teleflex Medical S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

2F100205, 2F100206, 2F100208, MAXT105-10-12

NOTE

Codice campione 2F100208 Mod. Tubo per alimentazione - TIC doo Proizvodnja Medicinskih/Maxter Catheters - Classe IIa RDM 154351/R, 360823

GIUDIZIO TECNICO

1. Sonda (5)-6-8-10 Ch, lungh. 100-120 cm (solo 10 Ch), punta chiusa atraumatica, due fori laterali contrapposti, repere a 25 cm dalla punta, di 25 in 25 cm, il campione non presenta la linea RX dichiarata in offerta, il 12 Ch può essere sostituito da altro dispositivo medico, massimo impiego 24 ore

2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, PVC latex free, DEHP free, validità prodotto 5 anni

3. Conf. unitaria in busta personalizzata, biaccoppiato carta/film trasparente, etichetta completa con indicazioni di misura, simbolo DEHP esente

4. Documentazione tecnica sufficiente, allega certificazione CE

5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	15	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	8	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	5	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	3	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	5	da 1 a 5

flae
Stel'isso

SUB-LOTTO I2

2
F/1/c

DESCRIZIONE FORNITURA Sonde nasogastriche a lunga permanenza in poliuretano termoplastico, punta appesantita con tungsteno, connettore standard marcatura ogni 25-50 cm, mandrino per detto incluso o offerto a parte: mis. da Fr. 6 e 8 lungh. 90 cm ca, Fr. superiori lungh. 125 cm

DITTA **Covidien Italia S.p.A.**

PRODOTTO OFFERTO 461438, 8884720825, 8884721088, 8884721252

NOTE Codice campione 8884721088 Mod. Indwell/Kangaroo - Kendall a division of Tyco Healthcare Group/Covidien Iic - Classe IIa RDM 363694/R, 164646/R/48-49

- GIUDIZIO TECNICO**
1. Sonda kangaroo 8 Ch con lungh. di 90 cm, 10-12 Ch con lungh. di 110 cm, repere ogni 5 cm per tutta la lunghezza, mandrino incluso e pesi, non sterile, linea Indwell sterile 6.5 Ch con lungh. di 91 cm si accetta senza peso
 2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, realizzata in poliuretano non trasparente, latex free, DEHP free, validità prodotto 5 anni (solo linea kangaroo)
 3. Conf. unitaria in busta no peel-pack, etichetta interna con istruzioni per l'uso, simboli DEHP e latex esenti
 4. Documentazione tecnica esaustiva, allega certificazione CE
 5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI	1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="18"/>	da 1 a 20
	2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="8"/>	da 1 a 10
	3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="3"/>	da 1 a 5
	4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="5"/>	da 1 a 5
	5. Servizio post-vendita	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text" value="5"/>	da 1 a 5



Alber - Dore
97.70

SUB-LOTTO I2

2
75/c

DESCRIZIONE FORNITURA	Sonde nasogastriche a lunga permanenza in poliuretano termoplastico, punta appesantita con tungsteno, connettore standard marcatura ogni 25-50 cm, mandrino per detto incluso o offerto a parte: mis. da Fr. 6 e 8 lungh. 90 cm ca, Fr. superiori lungh. 125 cm					
DITTA	Abbott S.r.l.					
PRODOTTO OFFERTO	Lista 0471, 0473, 0475, 0476					
NOTE	Codice campione 471-61, 473-61 Mod. Flexiflo II - Abbott laboratories USA - Classe IIa RDM 72254/R-72914/R-73076/R-72994/R. N.B. Non disponibile nella misura 6 Ch utile nelle applicazioni pediatriche e neonatali. Non conforme					
GIUDIZIO TECNICO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1.</td></tr> <tr><td>2.</td></tr> <tr><td>3.</td></tr> <tr><td>4.</td></tr> <tr><td>5.</td></tr> </table>	1.	2.	3.	4.	5.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

PUNTEGGI	1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	da 1 a 20
	2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	da 1 a 10
	3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	da 1 a 5
	4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	da 1 a 5
	5. Servizio post-vendita	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	da 1 a 5

Handwritten signature and initials:
 

SUB-LOTTO I2

2
26/c

DESCRIZIONE FORNITURA

Sonde nasogastriche a lunga permanenza in poliuretano termoplastico, punta appesantita con tungsteno, connettore standard marcatura ogni 25-50 cm, mandrino per detto incluso o offerto a parte: mis. da Fr. 6 e 8 lungh. 90 cm ca, Fr. superiori lungh. 125 cm

DITTA

Teleflex Medical S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

MAXTM202/7, MAXTM202/9, MAXTM202/12, MAXTM202/14 (Cod. prod. M202/7-9-12-14)

NOTE

Codice campione M202-09 Mod. Sonda per alimentazione enterale - Maxter Catheters - Classe IIa RDM 217648/R N.B. Non disponibile il calibro 6 Ch con lungh. 90 cm, utile nelle applicazioni pediatriche e neonatali. Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso

da 1 a 20

2. Caratteristiche del materiale di produzione

da 1 a 10

3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura

da 1 a 5

4. Documentazione tecnica e lavori scientifici

da 1 a 5

5. Servizio post-vendita

da 1 a 5

Handwritten signature and initials

SUB-LOTTO J1

2/27
c

DESCRIZIONE FORNITURA

Kit con sonda per gastrostomia con cupola di bloccaggio morbida, removibile senza endoscopia, in silicone diam. Fr. 18, con tecnica tipo "Pull"

DITTA

Covidien Italia S.p.A.

PRODOTTO OFFERTO

8884751648

NOTE

Codice campione 8884751648 Mod. Kangaroo - Covidien IIc - Classe IIa RDM 162723/R

GIUDIZIO TECNICO

1. Dispositivo funzionale e pratico nell'impiego, si accetta il calibro 16 Fr., versione Pull, ritenuto utile
2. Caratteristiche ottimali per la destinazione d'uso, latex free, DEHP free, validità prodotto 5 anni
3. Conf. unitaria in doppia busta sigillata sterile, busta personalizzata in biaccoppiato carta/film trasparente, serigrafata, con indicazioni di misura e codice a barre
4. Documentazione tecnica esaustiva, allega dichiarazione CE
5. Vedi allegata valutazione servizio post-vendita

PUNTEGGI

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="15"/> | da 1 a 20 |
| 2. Caratteristiche del materiale di produzione | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="8"/> | da 1 a 10 |
| 3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="5"/> | da 1 a 5 |
| 4. Documentazione tecnica e lavori scientifici | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="5"/> | da 1 a 5 |
| 5. Servizio post-vendita | <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="5"/> | da 1 a 5 |

flave
flave
flave

SUB-LOTTO J1

2/8/10

DESCRIZIONE FORNITURA

Kit con sonda per gastrostomia con cupola di bloccaggio morbida, removibile senza endoscopia, in silicone diam. Fr. 18, con tecnica tipo "Pull"

DITTA

Cook Italia S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

FLOW-20-PULL-I-S

NOTE

Codice campione FLOW-20-PULL-I-S Mod. Flow 20 - Wilson Cook medical - Classe IIb RDM 1106492/R N.B. Dispositivo medico 20 Fr. (già aggiudicata in sede di gara d'appalto) Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso

da 1 a 20

2. Caratteristiche del materiale di produzione

da 1 a 10

3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura

da 1 a 5

4. Documentazione tecnica e lavori scientifici

da 1 a 5

5. Servizio post-vendita

da 1 a 5

Altri
lanc
U. S. A.

SUB-LOTTO J1

2/53

DESCRIZIONE FORNITURA

Kit con sonda per gastrostomia con cupola di bloccaggio morbida, removibile senza endoscopia, in silicone diam. Fr. 18, con tecnica tipo "Pull"

DITTA

Tecnomedical S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

7751531

NOTE

Codice campione 7751531 Mod. Freka PEG Set - Fresenius Kabi Italia - Classe IIb RDM 28948/R N.B. Dispositivo medico 20 Fr. (già aggiudicata in sede di gara d'appalto) Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input type="text"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input type="text"/>	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input type="text"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input type="text"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input type="text"/>	da 1 a 5

Philipp
David
H.P.O.

SUB-LOTTO J1

2/08-2

DESCRIZIONE FORNITURA

Kit con sonda per gastrostomia con cupola di bloccaggio morbida, removibile senza endoscopia, in silicone diam. Fr. 18, con tecnica tipo "Pull"

DITTA

MEMIS S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

MV6838

NOTE

Codice campione 6838 Mod. EndoVive Standard Peg Kits - Boston Scientific - Classe IIb RDM 210523/R N.B. Dispositivo medico 20 Fr. (già aggiudicata in sede di gara d'appalto) Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/>	da 1 a 20
2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/>	da 1 a 10
3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/>	da 1 a 5
4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/>	da 1 a 5
5. Servizio post-vendita	<input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/>	da 1 a 5

Handwritten signatures and initials:
 P. Sili
 M. F. Q.

81/c

SUB-LOTTO J2

DESCRIZIONE FORNITURA	Kit con sonda per gastrostomia con cupola di bloccaggio morbida, removibile senza endoscopia, in silicone diam. Fr. 18, con tecnica tipo "Push"
DITTA	Cook Italia S.r.l.
PRODOTTO OFFERTO	FLOW-20-PUSH-I-S
NOTE	Codice campione FLOW-20-PUSH-I-S Mod. Flow 20 - Wilson Cook Medical - Classe IIb RDM 1098207/R N.B. Dispositivo medico 20 Fr. (già aggiudicata in sede di gara d'appalto) Non conforme
GIUDIZIO TECNICO	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>

PUNTEGGI	1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	<input type="text"/>	da 1 a 20
	2. Caratteristiche del materiale di produzione	<input type="text"/>	da 1 a 10
	3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura	<input type="text"/>	da 1 a 5
	4. Documentazione tecnica e lavori scientifici	<input type="text"/>	da 1 a 5
	5. Servizio post-vendita	<input type="text"/>	da 1 a 5

Flavio
Flavio N. F. Quaresima

128
~

SUB-LOTTO J2

DESCRIZIONE FORNITURA

Kit con sonda per gastrostomia con cupola di bloccaggio morbida, removibile senza endoscopia, in silicone diam. Fr. 18, con tecnica tipo "Push"

DITTA

MEMIS S.r.l.

PRODOTTO OFFERTO

MV6840

NOTE

Codice campione 6840 Mod. EndoVive Standard Peg Kits - Boston Scientific - Classe IIb RDM 210523/R N.B. Dispositivo medico 20 Fr. (già aggiudicata in sede di gara d'appalto) Non conforme

GIUDIZIO TECNICO

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTEGGI

1. Maneggevolezza e praticità d'uso, funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso

da 1 a 20

2. Caratteristiche del materiale di produzione

da 1 a 10

3. Tipo di confezionamento e facilità d'apertura, etichettatura

da 1 a 5

4. Documentazione tecnica e lavori scientifici

da 1 a 5

5. Servizio post-vendita

da 1 a 5

Flavio
Philippe P. P. P.

2831

valutazione SERVIZIO POST VENDITA gara drenaggi PUNTI DISPONIBILI 5/100

Rif.	DITTA	training personale	corsi formazione aggiornamento	agente di zona	recapito	consegna tempestiva/urg enze	deposito locale	specialist	tempestività	customer service linea verde	attività di logistica recall	punteggio
1	COVIDIEN ITALIA	X	X	X	X	si/24ore		X	X	X	X	5
2	COOK ITALIA	X	X	X	X	si/3-4gg		X	X	X	X	5
3	CONVATEC ITALIA	X	X	X	X	si/1-2gg		X	X	X	X	5
4	ID & CO	X	X	X	X	si/48ore		X	X	X	X	5
5	ABBOTT	X	X	X	X	si/24-48ore		X	X	X	X	5
6	MEDICA VALEGGIA	X				no/no						1
7	B. BRAUN MILANO	X	X	X	X	si/24-48ore		X	X	X	X	5
8	CO.DI.SAN	X				si/48ore				X	X	3
9	SANIFARM	X		X	X	si/48ore	X	X	X			4
10	HOLLISTER	X		X	X	si/48ore		X	X	X	X	4
11	CHEMIL			X		si/48ore		X	X		X	3
12	CARDIOMED	X		X	X	si/no		X	X			3
13	TECNOMEDICAL	X		X	X	si/72ore	X	X	X			4
14	VASCULAR	X		X	X	si/72ore	X	X	X			4
15	MEDICAL	X		X	X	si/48ore	X	X	X		X	4
16	MEMIS			X		no/no	X	X				2
17	MEDAX	X				no/no	X					1
18	TELEFLEX MEDICAL	X	X	X	X	si/24ore		X	X	X	X	5
19	GLM		X	X	X	si/no	X					2

Handwritten signature and initials