

Cartella attuale: Posta In Arrivo

Scollegarsi

- Componi
- Indirizzi
- Cartelle
- Opzioni
- Ricerca
- Aiuto

[Lista messaggi](#) |
 [Visualizza il Messaggio](#) |
 [Precedente](#) |
 [Su](#) |
 [Successivo](#) |
 Inoltra |
 Inoltra come Allegato |
 Rispondi |
 Rispondi

Oggetto: proposte migliorative e variazioni service dialisi
Da: nefrologia.territoriale@pec.aslcagliari.it
Data: Mer, 14 Ottobre 2015 3:19 pm
A: serv.acquisti@pec.aslcagliari.it
Priorità: Normale
Opzioni: [Visualizza l'intestazione completa](#) | [Guarda la versione stampabile](#)

Gent.ma dott.sa De Virgilis,
 le invio una rivalutazione delle valutazioni verificate il 30/settembre/2015.
 Gli altri documenti già inviati non hanno più valore e sono sostituiti dall'allegato.

Cordiali saluti
 Piergiorgio Bolasco

[Scarica come file](#)

Allegati:
 variazioni miglioramenti metodologici gara 13 10 2015.doc 182 k [application/msword] [download](#)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1430 DEL 14 DIC. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *Dott.ssa Antonella Carreras* |
 IL DIRETTORE SANITARIO *Dott. Pier Paolo Pani*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu

Il presente allegato è com-
 posto da n° 2 fogli
 di n° _____ pagine.

IL RESP. SERV. ACQUISTI
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

ASL8
 NP/2015/ 0030774 del 15/10/2015 ore 10,23
 Mittente Nefrologia e Dialisi del Territori

Assegnatario Servizio Acquisti
 Classifica 146



A1



Quartu Sant'Elena, 06/07/2015

C.A.

dott.sa Alessandra De Virglis
Responsabile Servizio Acquisti
ASL Cagliari
SEDE

Oggetto: variazioni proposte da varie Aziende su gara service dialisi: valutazioni da riunione 30.09.2015

In risposta ai quesiti e proposte sotto indicati, valutati con la S.V. e la dott.sa Rafaella Casti, in qualità di Presidente della Commissione tecnica e sentito l'altro componente dott. Stefano Murtas si esplicita quanto segue:

- 1) **proposta Gambro del 22.04.15 - disinfettanti Clea Cart A:** "il disinfettante in questione produrrà minor rischio biochimico in dialisi per tutto il personale. Esso costituisce un notevole miglioramento metodologico e pertanto si chiede l'aggiornamento tecnologico del prodotto.
- 2) **proposta Gambro del 22.04.15 - dializzatori Poliflux 14 L e 17 L:** " si chiede l'ampliamento della gamma dei filtri già aggiudicati con le misure di cui sopra".
- 3) **proposta Gambro del 13.05.15 - sacca effluente da 5 lt:** "l'ampliamento della fornitura della gamma di sacche già offerte in sede di gara potrà essere accolta solo se tale variazione non influenzi negativamente sulla durata e dose dialitica e previa rimodulazione del prezzo (euro 1,39)".
- 4) **proposta Fresenius del 08.04.15 - soluzioni acide citrasol:** "l'ampliamento della fornitura della sacca offerta in sede di gara potrà essere accolta solo previa rimodulazione del prezzo (euro 2,70);
- 5) **proposta Estor - citrasate:** "si chiede l'ampliamento della gamma di sacche già aggiudicate in gara con quanto proposto dall'Operatore Economico".

*Il Presidente della Commissione Tecnica
dott. Piergiorgio Bolasco*