

Selargius 12/11/2015

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per la fornitura di reagenti per autoimmunità per il CSM PO Binaghi per il periodo di due anni. Art 125 D.Lgs.163/2006.

Con nota NP/2015/0018077 del 28/05/2015 il Responsabile dell' Unità Centrale Farmaceutica ha richiesto la fornitura di reagenti per autoimmunità per il periodo di due anni ai sensi dell'Art 125 D.Lgs.163/2006.

Con lettera di invito PG/2015/0082610 del 27/07/2015 sono state invitate a presentare offerta le Società Instrumentation Laboratory S.p.A, Arnika S.r.l., Alifax S.p.A., Euroimmun Italia S.r.l., Biorad S.r.l.

Entro il termine fissato nella lettera di invito, stabilito per il giorno 09/09/2015 alle ore 12:00, sono pervenute le offerte presentate dalle Società Euroimmun, Alifax, Biorad e Instrumentation Laboratory. Con nota NP/2015/0029620 del 02/10/2015 le offerte sopracitate sono state trasmesse al Responsabile dell'Unità Centrale Farmaceutica per la valutazione di conformità e congruità del prezzo.

Con nota NP/2015/0030914 del 16/10/2015 del Responsabile dell'Unità Centrale Farmaceutica, è stato trasmesso il prospetto comparativo e il parere di conformità e di congruità del prezzo del Responsabile Utilizzatore del Centro per la diagnosi e cura della Sclerosi Multipla presso il P.O. Binaghi, di seguito allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

In conseguenza di quanto esposto la fornitura di cui all'oggetto può essere affidata alla Società Instrumentation Laboratory Spa, per un importo complessivo pari ad € 9.504,00 IVA esclusa ed € 11.594,88 IVA inclusa al 22%.

La relativa documentazione è agli atti presso il Servizio Acquisti.

Il Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria
Dott.ssa Maria Carla Del Rio



Il presente allegato è com-
posto da n° 5 fogli
di n° _____ pagine.

IL RESP. SERV. ACQUISTI
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

pg

4,

ASL8

NP/2015/ 0030914 del 16/10/2015 ore 10,10

Mittente Unità Centrale Farmaceutica

Assegnatario Servizio Acquisti

Classifica 1 Fascicolo 12 del 2015



Al Responsabile Servizio Acquisti
Sede


Oggetto: Conform./congr. "Diagnostici Autoimmunità c/metodica EIA immunoenz." per
Lab. C.S.M. P.O. Binaghi

In riferimento alla Vs NP/2015/0029620 del 02/10/2015 , inviata la
documentazione tecnica ed economica al Responsabile Utilizzatore per il controllo delle schede
tecniche e della rispondenza con quanto richiesto, si trasmette in allegato il prospetto
comparativo con la lettera di conformità e congruità del prezzo.

Si resta in attesa di comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'elenco degli articoli ,al fine
di poter provvedere all'inserimento in anagrafica di quelli non ancora presenti o dell'eventuale
perfezionamento di quelli già esistenti.


Distinti saluti

Il Responsabile della Unità Centrale Farmaceutica

Dott.ssa Sandra Logi


Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Annalisa Casula



PRESA IN CARICO

16/10/2015



A₂

CND	DESCRIZIONE ARTICOLI	N. TEST	EUROIMMUN				BIO-RAD LAB.				ALIFAX				INSTRUM. LABORATORY			
			CD.	PREZZO/TEST	N.CONF. OFFERTE XANNO	CONFORMITA'	CD.	PREZZO/TEST	N.CONF. OFFERTE XANNO	CONFORMITA'	CD.	PREZZO/TEST	N.CONF. OFFERTE XANNO	CONFORMITA'	CD.	PREZZO/TEST	N.CONF. OFFERTE XANNO	CONFORMITA'
W0102100102	ANTICORPI ANTI-ANTIG NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA SCREENING)	700	EA 1590-9601-76 CFX96 TEST	€ 2.000	8	SI	96EP CFX96 TEST	€ 1.875	8	NO	MP4011 CFX96 TEST (N.REP.12069 71)	€ 2.2916	8	SI	(066708615) 708915 CF12x8 pozz.X96 TEST	€ 1.500	8	SI
W01021090	ANTICORPI ANTI-ANTIG NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA PROFILE)	300	EA 1590-1208-16 CFX12 TEST	€ 12.171	25	SI	12A6 CFX12 TEST	€ 15.000	25	NO	MP4012 CFX12 TEST (N.REP.12069 73)	€ 14,5833	25	SI	(066704715) 704715 CFX12 PROFILI X6 antigeni	€ 12.000	25	SI

giacche

Alla U.O. Laboratorio Centro Sclerosi
Multipla
c.a. Dott.ssa G. Costa
P.O. Binaghi

ASL8

NP/2015/ 0029775 del 06/10/2015 ore 09,19

Mittente Unità Centrale Farmaceutica

Assegnatario P.O. Binaghi

Classifica 1 Fascicolo 19 del 2015



Oggetto: Richiesta Vs parere conformità e congruità del prezzo per fornitura Diagnostici Autoimmunità per Lab. C.S.M. P.O. Binaghi

In riferimento all'oggetto di cui sopra ,si chiede che ,valutate le schede tecniche ,la S.V. esprima parere di conformità e congruità del prezzo rispetto a quanto indicato nella Vs richiesta .

Si allega

- schema articoli offerti
- schede tecniche della Ditta
- copia della Vs richiesta

Certa della Vs collaborazione si porgono distinti saluti

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Annalisa Casula



**CENTRO REGIONALE
PER LA DIAGNOSI E LA CURA DELLA SCLEROSI
MULTIPLA**

ASL8, Università degli Studi di Cagliari
Direttore: Professoressa Maria Giovanna Marrosu
Ospedale Binaghi, Via Is Guadazzonis 2, 09126 Cagliari
Tel. 070/6092928/29/30

Cagliari, 12/10/2015

Alla C.A. Dott.ssa Anna Lisa Casula

Unità Centrale Farmaceutica

In riferimento alla vostra richiesta NP/2015/0029775 del 06/10/2015 si dichiara quanto segue :


I Prodotti CND : ^{Ref 1} W0102100102 e ^{Ref 2} W01021090 offerti dalla **Ditta Euroimmun** sono conformi perché rispondono alle caratteristiche tecniche richieste e il prezzo è congruo.

I Prodotti CND : ^{Ref 1} W0102100102 e ^{Ref 2} W01021090 offerti dalla **Ditta Alifax** sono conformi perché rispondono alle caratteristiche tecniche richieste e il prezzo è congruo.

I Prodotti CND : ^{Ref 1} W0102100102 e ^{Ref 2} W01021090 offerti dalla **Ditta BIO-RAD LAB.** non sono conformi in quanto i controlli e i calibratori non sono pronti all'uso come richiesto.

I Prodotti CND : ^{Ref 1} W0102100102 e ^{Ref 2} W01021090 offerti dalla **Ditta Instrum. Laboratory** sono conformi perché rispondono alle caratteristiche tecniche richieste e il prezzo è congruo.
A differenza della ditta Eurimmun e Alifax le strip contengono 6 antigeni.

Il Responsabile


ASL n. 8 - P.O. "R. BINAGHI" CAGLIARI
CENTRO SCLEROSI MULTIPLA
Dr.ssa Gianna Costa
Matr. n. 10340

2

AS