ALL. D

BOCCAGLI E FILTRI ANTIBATTERICI

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.
Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.
Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su **Aggiudica provvisoriamente**.
Se compare la scritta **Aggiudicatario** non è più possibile cambiare la designazione.

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1			
Lotto 2			
Lotto 3			
Lotto 4			

Offerte

Offerente	Lotto 1		Lotto 2		Lotto 3		Lotto 4	
Concorrente	**Valore complessivo dell'offerta**	**Miglior offerta**	**Valore complessivo dell'offerta**	**Miglior offerta**	**Valore complessivo dell'offerta**	**Miglior offerta**	**Valore complessivo dell'offerta**	**Miglior offerta**
COSMED S.R.L.	**2790,00 Euro**	**Aggiudicatario provvisorio**	Offerta non inviata		Offerta non inviata		Offerta non inviata	
MADA SPIROMETRY FILTERS SRL	**1140,00 Euro**	Aggiudica provvisoriamente	**760,00 Euro**	**Aggiudicatario provvisorio**	Offerta esclusa		Offerta esclusa	
Miglior offerta:	**1140,00 Euro**		**760,00 Euro**					

INSERISCI NOTE | INDIETRO

NOTE RELATIVE ALLA GARA

Lotto 3
Nella valutazione tecnica del lotto 3, il sublotto realtivo al filtro per spirometro Jaeger Master scope body risulta non idoneo. Pertanto l'intero lotto non può essere aggiudicato. Per mero errore materiale l'esclusione è stata confermata solo nel sublotto relativo al materiale compatibile con spirometro Jaeger Pft Pro, anzichè in entrambi.

Lotto 4
Il lotto 4 non può essere aggiudicato perchè il secondo sublotto non risulta compatibile con lo spirometro in dotazione. Il codice richiesto era 3088.

Icona	Significato
	Documento non inviato telematicamente
	Documento approvato
	Documento approvato con nota inserita