

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTRODI E GEL, IN PIÙ LOTTI, PER QUATTRO ANNI.

Risposta alle richieste di chiarimento

1. D. Si chiede di fornire maggiori indicazioni riguardo al produttore e al modello dei monitors sui quali verranno utilizzati i Sensori per la Saturimetria di cui ai lotti F e G.

R. I monitors di marca Nellcor indicati nel lotto "F" sono i seguenti: MOD. N 650, N 5500, N 5600, N 560, N 65, N 550. Il monitor Datex – Ohmeda indicato nel lotto "G" è il seguente: MOD. S5/AM.