

**ALLEGATO A - LOTTO B**
**DESCRIZIONE FORNITURA DI DIAGNOSTICI METODICHE MANUALI RAPIDE PER EMATOLOGIA, IMMUNOLOGIA E CHIMICA CLINICA PER IL PERIODO DI DODICI MESI**

<b>IMMUNOLOGIA</b>				
<b>LOTTO B</b>				
<b>FABBISOGNO ANNUALE REAGENTI DIAGNOSTICA RAPIDA IMMUNOLOGICA LOTTO SCINDIBILE - DA AGGIUDICARE PER SINGOLO SUBLOTTO</b>				
<b>sublotto</b>	<b>CND</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>TOTALE TEST</b>
B1	W0105010403	TEST RAPIDO CON TERRENO PRONTO ALL'USO (UREA BRODO) IN PROVETTE PER LA RILEVAZIONE DELL'ATTIVITÀ <b>UREASICA DI HELICOBACTER PYLORI</b> SU CAMPIONI BIOPTICI ,CONFEZIONAMENTO MAX 100 TEST	TEST	2600
B2	W0105010403	<b>HELICOBACTER PILORI</b> - TEST RAPIDO, METODICA IMMUNOCROMATOGRAFICA SU FASE SOLIDA PER LA RICERCA <b>DEGLI ANTICORPI</b> ANTI <b>HELICOBACTER</b> NEL SIERO . TEST CONFEZIONATI SINGOLARMENTE CON CONTROLLO PROCEDURALE INTERNO	TEST	1200
B3	W0105010403	<b>HELICOBACTER PILORI</b> - TEST RAPIDO, METODICA IMMUNOCROMATOGRAFICA SU FASE SOLIDA PER LA RICERCA <b>DEGLI ANTIGENI</b> DELL' <b>HELICOBACTER</b> NELLE FECI. TEST CONFEZIONATI SINGOLARMENTE CON CONTROLLO PROCEDURALE INTERNO .LETTURA VISIVA	TEST	1000
B4	W0104080502	TEST RAPIDO PER LA RILEVAZIONE DELL'ATTIVITÀ <b>UREASICA MICROBICA</b> IN DISCHETTI	TEST	100
B5	W0101060399	<b>PARASSITI INTESTINALI</b> - TEST PER LA RICERCA DI PARASSITI INTESTINALI NELLE FECI. KIT COMPLETO E METODICA STANDARDIZZATA PER LA RACCOLTA, LA FISSAZIONE E LA IDENTIFICAZIONE .	TEST	1500
B6	W0104020203	SIERO PER REAZIONE <b>AGGLUT. ANTI-STREPTOCOCCO AGALACTIAE</b>	TEST	800
B7	W0104020203	SIERO PER REAZIONE <b>AGGLUT. ANTI-STREPTOCOCCO PNEUMONIAE</b>	TEST	1500

B8		KIT PER LA DETERMINAZIONE SIEROLOGICA DEGLI STREPTOCOCCIDI DIRETTAMENTE DA COLONIA MEDIANTE AGGLUTINAZIONE AL LATICE . IL KIT DEVE PERMETTERE L'IDENTIFICAZIONE ALMENO DEI GRUPPI A; B; C; D; AUSPICABILE GRUPPI F E G	TEST	1000
B9	W0104020203	SIERO PER REAZIONE AGGLUT.ANTI-STREPTOCOCCO PYOGENES	TEST	1000
B10	W0104080206	TEST AL LATTICE UNICO PER LA RICERCA ANTIGENICA DI HAEMOPHILUS INFLUENTIAE GRUPPO B, PNEUMONIAE, STREPTOCOCCO DI GRUPPO B, NEISSERIE MENINGITIDIS A,B,C,Y,W135, ESCHERICHIA COLI K1 E C, DA CAMPIONI DI:URINE , SIERO, LIQUOR, EMOCOLTURE.	TEST	1000
B11	W0104080207	MICOPLASMI UROGENITALI : KIT PER IDENTIFICAZIONE E ANTIBIOGRAMMA DEI MICOPLASMI UROGENITALI, COMPLETO DI TERRENO DI COLTURA PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE CRESCITA ,GALLERIA PER L IDENTIFICAZIONE E PER L'ANTIBIOGRAMMA	TEST	3000
B12	W0105030402	CAMPYLOBACTER JEJUNI E CAMPYLOBACTER COLI - RICERCA SU CAMPIONI FECALI , IMMUNOCROMATOGRAFICO SU FASE SOLIDA . CONFEZIONATI SINGOLARMENTE CON CONTROLLO PROCEDURALE INTERNO.	TEST	700
B13	W0105011704	LEPTOSPIROSI - TEST RAPIDO( CA 1 ORA). METODO DI EMOAGGLUTINAZIONE INDIRETTA , PER LA RICERCA QUALI E SEMI-QUANTITATIVA DEGLI ANTICORPI UMANI DIRETTI VERSO IL GENERE LEPTOSPIRA. KIT COMPLETO DI CONTROLLO POSITIVO E NEGATIVO, TAMPONE PER DILUIZIONE DEL CAMPIONE	TEST	100
B14		RICERCA LEPTOSPIRA : METODO IMMUNOCROMATOGRAFIA SU MEMBRANA	TEST	200
B15	W0105011799	PNEUMOCISTI CARINII ( ANTIGENE FISSATO SU VETRINO) , MET. IFA, RICERCA SU BRONCOLAVAGGIO	TEST	200
B16	W0104020299	TEST PER LA RICERCA DI BETALATTAMASI IN STICKS	TEST	1000
B17	W01050602	CANDIDA ALBICANS RICERCA DEL MANNANO (ANTIGENE CANDIDA) METODICA EIA MANUALE	TEST	2000

B18	W01050601	<b>ASPERGILLUS</b> RICERCA DEL GALATTOMANNANO (ANTIGENE ASPERGILLUS) METODICA EIA MANUALE	TEST	2000
B19	W0104020208	<u>COAGULASI TEST IN AGGLUTINAZIONE</u> COSTITUITI OBBLIGATORIAMENTE DA PARTICELLE DI LATTICE ED EMAZIA SENSIBILIZZATE PER LA RICERCA DEGLI <b>MRSA</b> E <b>MSSA</b> COMPLETI DI :CARTONCINO E BACCHETTE MONOUSO, CONTROLLO POSITIVO	TEST	1500
B20	W0104020208	<u>COAGULASI TEST C/PLASMA</u> DI CONIGLIO liofilizzato	TEST	1300
B21	W0104020204	<b>STAFILOCOCCUS AUREO</b> TEST AL LATTICE CON PROT. A E CLUMPING FACTOR	TEST	400
B22	W0104020204	<b>PBP2 SU STAFILOCOCCUS AUREO</b> TEST DI AGGLUTINAZIONE AL LATTICE . KIT COMPLETO	TEST	500
B23	W0104050203	<b>CRYPTOSPORIDIUM PARVUM</b> - KIT COMPLETO PER LA RICERCA ANTIGENI NELLE FECI ; CON METODICA IMMUNOCROMATOGRAFICA SU SUPPORTO. TEST CONFEZIONATI SINGOLARMENTE CON CONTROLLO PROCEDURALE INTERNO	TEST	300
B24	W0104020399	<b>CRIPTOCOCCO</b> (KITS IN AGGLUTINAZIONE COSTITUITI DA PARTICELLE DI LATTICE PER LA RICERCA DIRETTA NEL <u>LIQUOR</u> , COMPLETI DI: CARTONCINI MONOUSO BACCHETTE MONOUSO E CONTROLLO POSITIVO) .IL KIT DEVE CONTENERE TUTTI I REAGENTI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DEI TEST C/ <b>INATTIVAZIONE DEL PRONASE CON AGGIUNTA DI INIBITORE ENZIMATICO E NON CON BOLLITURA</b>	TEST	400
B25	W0104020301	<b>E.COLI SIEROGRUPPO O,157 :H 7</b> ( KIT IN AGGLUTINAZIONE COSTITUITO DA PARTICELLE DI LATTICE PER LA RICERCA DIRETTA SU COLONIA MICROBICA SOSPETTA)	TEST	400
B26	W0105011702	<b>CLOSTRIDIUM DIFFICILE</b> NELLE FECI RICERCA TOSSINA A E B METODICA IMMUNOENZIMATICA SU MEMBRANA	TEST	700
B27	W0105011799	<b>SHIGA 1 E 2</b> - TOSSINE PRODOTTE DA ESCHERICHIA COLI ENTEROEMORRAGICA - RICERCA NELLE FECI	TEST	400
B28	W0105011799	<b>LEGIONELLA PNEUMOPHILA</b> - RICERCA ANTIGENI NELLE URINE METODICA IMMUNOENZIMATICA SU MEMBRANA	TEST	400

B29	W0105010301	TPHA- TEST DELL' EMOAGGLUTINAZIONE PER L' ANTIGENE TREPONEMA PALLIDUM	TEST	3000
B30	W0105010302	VDRL/RPR -TEST DI AGGLUTINAZIONE CON SOSPENSIONE DI ANTIGENE CARDIOLIPINICO AL CARBONE VERSO LE REAGINE RPR;IL KIT DEVE CONTENERE :IL CONTROLLO POSITIVO ,NEGATIVO,CARTONCINI DI REAZIONE MONOUSO E BASTONCINI DI MISCELAZIONE	TEST	7000
B31		MONONUCLEOSI DETERMINAZIONE IGM METODICA IMMUNOENZIMATICA SU MEMBRANA	TEST	800
B32	W0105040402	MONOTEST ( ANTICORPI ETEROFILI).TEST AL LATICE COMPLETO DI CONTROLLI ,CARTONCINI, E QUANT' ALTRO NECESSARIO PER L' ESECUZIONE.	TEST	400
B33	W0105010802	ANTICORPI IGM ANTI MICOPLASMA PNEUMONIAE NEL SIERO -METODICA IMMUNOENZIMATICA SU MEMBRANA	TEST	1500
B34	W0105011605	SOSPENSIONE PER LA RICERCA DEGLI ANTICORPI ANTI-RICKETTSIA OX <sub>2</sub> , OXK ,E OX19 (WEIL - FELIX), TITOLAZIONE SU MICROPIASTRA. IL KIT DEVE ESSERE COMPRENSIVO DEI CONTROLLI E MICROPIASTRA	TEST	3200
B35	W0105011002	SOSPENSIONI COLORATE PER LA RICERCA DEGLI ANTICORPI ANTI ANTIGENI SOMATICI (O) E CILIARI(H) DI: <b>SALMONELLA TYPHI (O + H)</b> , PARATYPHY A ( O + H)E PARATYFI B (O + H),E RICERCA ANTICORPI ANTI BRUCELLA MELITENSIS E ABORTUS( WIDAL-WRIGHT). TITOLAZIONE SU MICROPIASTRA . IL KIT DEVE ESSERE COMPRENSIVO DEI CONTROLLI E MICROPIASTRE	TEST	6400
B36	W0105040606	<u>ROTAVIRUS</u> ( RICERCA SU CAMPIONI FECALI <b>CON TECNICA</b> IMMUNOCROMATOGRAFICA SU FASE SOLIDA . CONFEZIONATI SINGOLARMENTE CON CONTROLLO PROCEDURALE INTERNO.	TEST	400
B37	W0105040501	<b>RICERCA ANTIGENI DI ADENOVIRUS NELLE FECI:</b> TEST RAPIDO IMMUNOCROMATOGRAFIA SU FASE SOLIDA C/CONTROLLI, TEST CONFEZIONATI SINGOLARMENTE	TEST	400

B38	W0105020401	<b>EPATITE DELTA - RICERCA DELL'ANTIGENE EPATITE DELTA , DOSAGGIO IMMUNOENZIMATICO SU POZZETTI</b>	TEST	200
B39	W0105020401	<b>EPATITE DELTA - RICERCA DEGLI ANTICORPI IGG+IGM ANTI ANTIGENE DELTA , DOSAGGIO IMMUNOENZIMATICO COMPETITIVO (EIA) SU POZZETTI RIVESTITI DALL'ANTIGENE, POSSIBILITÀ DI UTILIZZO ANCHE DI SINGOLO POZZETTO</b>	TEST	300
B40	W0105050204	<b>ECHINOCOCCOSI . KIT COMPLETO DI MICROPIASTRE PER LA RICERCA DI AB ANTI-ECHINOCOCCUS GR. IN EMOAGGLUTINAZIONE INDIRETTA.</b>	TEST	400
B41	W0105030402	<b>HIV 1 E 2 -TEST RAPIDO PER LA RICERCA ANTICORPI ANTI HIV1 E HIV2, METODO IMMUNOCROMATOGRAFICO SU FASE SOLIDA . TEST IN CONFEZIONE SINGOLA CON CONTROLLO PROCEDURALE INTERNO.</b>	TEST	100
B42	W0104050202	<b>RICERCA ED IDENTIFICAZIONE PLASMODIUM FALCIPARUM (MALARIA) CON METODICA IMMUNOCROMATOGRAFIA SU MEMBRANA CON POSSIBILITÀ DI DIFFERENZIARE TRA P.FALCIPARUM E GLI ALTRI PLASMODI CON BANDA DEDICATA .PRESENZA DI CONTROLLO POSITIVO INTERNO</b>	TEST	400
<b>TUTTI I DIAGNOSTICI SOPRAELENCATI DEVONO:</b>				
1- POTER ESEGUIRE I TEST RAPIDAMENTE E CON ACCURATEZZA, DARE RISULTATI IN 30 MIN. CA.				
2-POTER ESSERE INTERPRETATI SENZA NECESSITÀ DI STRUMENTAZIONE				
3-ESSERE CONFEZIONATI SINGOLARMENTE O PER PICCOLI KIT ,OVE POSSIBILE				
4-AVERE CONTROLLI PROCEDURALI INTERNI DOVE RICHIESTO.				

Caratteristiche generali della fornitura

Tutti i prodotti devono essere costruiti in conformità alle norme di buona fabbricazione per i dispositivi medici.

Prodotti e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari vigenti all'atto della fornitura e devono essere provvisti di marcatura di conformità CE (D.L. n. 332/2000 dei D.M. IVD e successive modifiche e integrazioni).

All'offerta devono essere allegate le schede tecniche con l'esatto riferimento del numero di lotto assegnato al prodotto nell'elenco del fabbisogno aziendale e di ogni altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione.

Tutta la documentazione tecnica e scientifica deve essere presentata in lingua italiana o accompagnata da idonea traduzione.